

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

DISPOZIȚIE

Privind numirea persoanei responsabile cu activitatea de deținere pentru instalația radiologică tip *Instalație radiologică fixă digitală cu un post de scorpie /grafie*, model *Platinum NEO*, seria /an fabricație: *E248L0111/2024*

În conformitate cu prevederile din:

- Legea 111/1996 privind desfasurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, modificată și completată prin Legea nr. 63/2018,
- Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui CNCAN nr. 752/3.978/136/ 2018 și publicate în M.O. al României, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018
- Normele privind procedurile de autorizare aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 155 din 2 iulie 2018, publicat în M.O. nr. 576 din 9 iulie 2018
- Norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 186/2022 și publicate în Monitorul Oficial al României, nr.947 din 28.09.2022

Având în vedere Referatul nr. 8711 / 09.07 .2024 al Direcției Tehnică- Investiții;

În baza art. 191 alin. 1, lit. a și f și art. 196, alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI

DISPUNE:

Art. 1. Se numește doamna Daniela DRĂGHIA, Director Executiv al Direcției tehnice – investiții, responsabil cu activitatea de deținere pentru instalația de roentgen diagnostic tip *Instalație radiologică fixă digitală cu un post de scorpie /grafie*, model *Platinum NEO*, seria /an fabricație: *E248L0111/2024*

Art.2. Atribuțiile și responsabilitățile responsabilului cu activitatea de deținere a instalației radiologice sunt cele prevăzute în Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică și Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională:


- ține inventarul instalației radiologice;
- se asigura ca, la expirarea autorizației de deținere se fac demersurile legale necesare reautorizării instalației

- anunță de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare al CNCAN;
- notifica la CNCAN orice intenție de modificare a situației instalației radiologice deținute.

Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată celor interesați precum și Instituției Prefectului Județul Mehedinți, prin grija Serviciului Administrație Publica Locala.

Emisă astăzi 09.07. 2024, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PREȘEDINTE,
av. Aladin Georgescu



Nr. 305.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky

