



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372 521182  
E-mail: achizitiicjmh@gmail.com

NR. 9390 / 27.03 / 2020

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE / ANUNȚ PUBLICITAR**

**LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ**

**având ca obiect**

**"ACHIZITIONAREA DE APARATURA MEDICALA IN CONTEXTUL EXTINDERII PANDEMIEI DE CORONAVIROZA"**

Consiliul Județean Mehedinți cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr.89, județul Mehedinți, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de "negocierea fara publicarea prealabila" conform art. 104, alin.(1), lit c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, avand ca obiect **Achiziția de aparatură medicală în contextul extinderii epidemiei de COVID-19**, împărțită în loturi, după cum urmează:

- Lot 1: Aparare videolaringoscop 2 buc.
- Lot 2: Analizor biochimie 1 buc.
- Lot 3: Monitoare functii vitale cu troliu 15 buc.
- Lot 4: Statii injectomate monitoare functii vitale cu troliu 5 buc.
- Lot 5: Analizor procalcitonina 1 buc.
- Lot 6: Sistem ecografie ultraportabil cu 1 traductor(ecograf portabil cu sonde, doppler, abdomen)1 buc
- Lot 7: Analizor coagulare 1 buc.
- Lot 8: Paturi ATI 10 buc.
- Lot 9: Aparare ventilatie mecanica de inalta performanta 9 buc.
- Lot 10: Analizor gaze sanguine 1 buc.
- Lot 11: Monitoare fetale 2 buc.
- Lot 12: Masute mobile pentru aparate 2 buc.
- Lot 13: Sistem de sterilizare automat, mobil 1 buc.
- Lot 14: Statie apa autonoma pentru aparat de dializa - ministație de osmoză inversă pentru aparatele de hemodializă 1 buc.
- Lot 15: Statie centrala de monitorizare functii vitale cu 24 monitoare 1 buc.
- Lot 16: Aparare EKG portabile 3 buc.

**Tipul contractului:** Contract de furnizare;

**Cod CPV principal:** 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2);

**Sursa de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale – Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile prestate de comunități instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilitatii

serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special in zonele sarace si izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

**Valoarea estimată fără tva: 3.119.510,00 lei fără TVA, impartita dupa cum urmeaza:**

- Lot 1 - 29.800,00 lei fara TVA;
- Lot 2 - 30.000,00 lei fara TVA;
- Lot 3 - 208.500,00 lei fara TVA;



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372 521182  
E-mail: achizitiicjmh@gmail.com

- Lot 4 – 230.250,00 lei fara TVA;
- Lot 5 – 8.500,00 lei fara TVA;
- Lot 6 – 33.700,00 lei fara TVA;
- Lot 7 – 5.500,00 lei fara TVA;
- Lot 8 – 160.000,00 lei fara TVA;
- Lot 9 – 999.000,00 lei fara TVA;
- Lot 10 – 60.000,00 lei fara TVA;
- Lot 11 – 80.000,00 lei fara TVA;
- Lot 12 – 1.120,00 lei fara TVA;
- Lot 13 – 816.250,00 lei fara TVA;
- Lot 14 – 48.890,00 lei fara TVA;
- Lot 15 – 372.000,00 lei fara TVA;
- Lot 16 – 36.000,00 lei fara TVA;

**Operatorii economici pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.**

### **Condiții de participare**

#### **1. Situatia personala a ofertantului**

##### **a) Motive de excludere**

Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Se va complete Declaratia pe propria raspundere de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.

##### **b) Evitarea conflictului de interese**

Operatorii economici (lider, asociat, tertii sustinatori, subcontractantii) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa si prezenta “Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016” - **Formular nr. 5.** ✓

În scopul evitarii conflictului de interese (în sensul art.59 din Legea 98/2016), persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Georgescu Aladin Gigi - Presedinte, Nanciu Renatta - Vicepresedinte, Ionica Negru-vicepresedinte, Mednyanszky Stefan Ladislau - Secretarul General al Judetului, Popescu Daniela Delia - Director Executiv Directia Economica, Draghia Daniela - Director Executiv Directia Tehnica, Tranca Silvia Iuliana - Director Executiv Directia Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism, Dorian-



Naziana Ianculescu - Director Executiv, Directia Juridica, Administratie Publica Locala, Constantin-Alin Isuf-Director Executiv, Directia Resurse Umane, Administrativ, Informatică și Administrare Portal.

**c) Informatii privind asociatii (daca este cazul)**

Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere - **Formular nr. 1;** ✓
- Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata de executie a contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.

In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documente privind criteriile de calificare și selecție prevazute in documentatia de atribuire.

**d) Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)**

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un Acord de subcontractare pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat și semnat în mod corespunzător. - **Formular nr. 2.** ✓

**e) Obligatii relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca**

Operatorii economici participantii la procedura de atribuire vor da o declaratie (**Formular nr. 4**) ✓ prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii. În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia.

De asemenea, subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national ce se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectoria Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectmun.ro>. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Ministerul Mediului sau de pe siteul: <http://www.mmediu.ro>.

**2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale**

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

**Modalitate de îndeplinire:** Se va completa Declarația pe propria răspundere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea Declaratiei pe propria raspundere, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii

contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

**Criteriul de atribuire pentru: Lot 1, Lot 3, Lot 4, Lot 8, Lot 9, Lot 11, Lot 12, Lot 13, Lot 14, Lot 15, Lot 16**

In condițiile art.187, alin. (3), lit.c) si alin. (6) din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, criteriul de atribuire al prezentului contract este **cel mai bun raport calitate-pret** cu urmatorii factorii de evaluare:



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372 521182  
E-mail: achizitiicjmh@gmail.com

<b>1. Pretul ofertei</b>	<b>Pondere</b>	<b>Punctaj maxim</b>
	<b>90.00%</b>	<b>90.00</b>

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: Punctajul - P1 (90 puncte) pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” se acorda astfel:

- a) Pentru oferta admisibila cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat - 90 puncte;
- b) Alte oferte admisibile decat cea de punctul a) vor primi un punctaj calculat astfel:  
Punctaj(p) oferta N = (pret oferta minim/pret oferta N) x 90 puncte

<b>2. Garanția tehnică a produselor</b>	<b>Pondere</b>	<b>Punctaj maxim</b>
	<b>10%</b>	<b>10 puncte</b>

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

- a) pentru o perioada de garantie mai mica de 24 de luni - oferta va considerata neconforma deoarece nu respecta pragul minim de 24 de luni solicitat in cadrul caietului de sarcini;
  - b) pentru o perioada de garantie ofertata de 24 de luni se vor primi 0 puncte;
  - c) pentru o perioada de garantie ofertata intre 25 - 35 inclusiv se vor primi 5 puncte;
  - d) pentru o perioada de garantie ofertata de 36 de luni sau mai mult se vor acorda 10 puncte;
- Termenul minim de garantie este de 24 luni, conform cerințelor din caietul de sarcini, iar termenul maxim de garanție este de 36 luni, ofertele care nu respectă aceste cerințe minime fiind neconforme.

Punctajul total al fiecărei oferte se va întocmi prin însumarea punctajelor factorilor de evaluare:  $P1 + P2 = P$  oferta. Va fi declarata castigatoare oferta care va obtine, in urma aplicarii algoritmului de calcul de mai sus, cel mai mare punctaj.

**Criteriul de atribuire pentru: Lot 5**

In condițiile art.187, alin. (3), lit.c) si alin. (6) din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, criteriul de atribuire al prezentului contract este **cel mai bun raport calitate-pret** cu urmatorii **factorii de evaluare:**

<b>1. Pretul ofertei</b>	<b>Pondere</b>	<b>Punctaj maxim</b>
	<b>90.00%</b>	<b>90.00</b>

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: Punctajul - P1 (90 puncte) pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” se acorda astfel:

- c) Pentru oferta admisibila cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat - 90 puncte;
- d) Alte oferte admisibile decat cea de punctul a) vor primi un punctaj calculat astfel:  
Punctaj(p) oferta N = (pret oferta minim/pret oferta N) x 90 puncte

<b>2. Garanția tehnică a produselor</b>	<b>Pondere</b>	<b>Punctaj maxim</b>
	<b>10%</b>	<b>10 puncte</b>

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

- a) pentru o perioada de garantie mai mica de 36 de luni - oferta va considerata neconforma deoarece nu respecta pragul minim de 36 de luni solicitat in cadrul caietului de sarcini;
- b) pentru o perioada de garantie ofertata de 36 de luni se vor primi 0 puncte;
- c) pentru o perioada de garantie ofertata intre 37 - 47 inclusiv se vor primi 5 puncte;
- d) pentru o perioada de garantie ofertata de 48 de luni sau mai mult se vor acorda 10 puncte;



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372 521182  
E-mail: achizitiicjmh@gmail.com

Termenul minim de garanție este de 36 luni, conform cerințelor din caietul de sarcini, iar termenul maxim de garanție este de 48 luni, ofertele care nu respectă aceste cerințe minime fiind neconforme.

Punctajul total al fiecărei oferte se va întocmi prin însumarea punctajelor factorilor de evaluare:  $P1 + P2 = P$  oferta. Va fi declarată câștigătoare oferta care va obține, în urma aplicării algoritmului de calcul de mai sus, cel mai mare punctaj.

**Criteriul de atribuire pentru: Lot 2, Lot 6, Lot 7 și Lot 10**

În condițiile art.187, alin. (3), lit.c) și alin. (6) din Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare, criteriul de atribuire al prezentului contract este **cel mai bun raport calitate-pret** cu următorii **factorii de evaluare:**

<b>1. Pretul ofertei</b>	<b>Pondere</b>	<b>Punctaj maxim</b>
	<b>90.00%</b>	<b>90.00</b>

Descriere: Componenta financiară

Algoritm de calcul: Punctajul - P1 (90 puncte) pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” se acorda astfel:

- Pentru oferta admisibilă cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat - 90 puncte;
- Alte oferte admisibile decât cea de punctul a) vor primi un punctaj calculat astfel:  
$$\text{Punctaj}(p) \text{ oferta } N = (\text{pret oferta minim} / \text{pret oferta } N) \times 90 \text{ puncte}$$

<b>2. Garanția tehnică a produselor</b>	<b>Pondere</b>	<b>Punctaj maxim</b>
	<b>10%</b>	<b>10 puncte</b>

Descriere: Componenta tehnică

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

- pentru o perioadă de garanție mai mică de 60 de luni - oferta va considerată neconformă deoarece nu respectă pragul minim de 60 de luni solicitat în cadrul caietului de sarcini;
- pentru o perioadă de garanție oferită de 60 de luni se vor primi 0 puncte;
- pentru o perioadă de garanție oferită între 61 - 71 inclusiv se vor primi 5 puncte;
- pentru o perioadă de garanție oferită de 72 de luni sau mai mult se vor acorda 10 puncte;

Termenul minim de garanție este de 60 luni, conform cerințelor din caietul de sarcini, iar termenul maxim de garanție este de 72 luni, ofertele care nu respectă aceste cerințe minime fiind neconforme.

Punctajul total al fiecărei oferte se va întocmi prin însumarea punctajelor factorilor de evaluare:  $P1 + P2 = P$  oferta. Va fi declarată câștigătoare oferta care va obține, în urma aplicării algoritmului de calcul de mai sus, cel mai mare punctaj.

Limba de redactare a ofertei: **limba română**

Perioada de valabilitate a ofertelor: **30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;**

**Elaborarea și prezentarea ofertei**

- Oferta trebuie semnată olograf și electronic.
- Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile - **Formular nr. 6.** ✓
- Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor Declarație pe propria răspundere, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește următoarele condiții:



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372 521182  
E-mail: achizitiicjmh@gmail.com

- a) nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016;  
b) îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;

- **Propunerea tehnică** se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării tehnice.

Propunerea tehnica **se va întocmi separat** pentru fiecare lot și va cuprinde:

- Declarație ca (formular liber, însoțit de fiecare ofertant în parte):
  - echipamentele furnizate vor fi noi, nefolosite și nu au fost retrase de pe piață;
  - echipamentele medicale în componenta ofertată, inclusiv accesoriile incluse precum și componentele software incluse (unde este cazul) vor fi upgradeate „la zi” cu ocazia punerii în funcțiune;
  - asumarea obligației de a livra și instala gratuit, în perioada de garanție, toate upgrade-urile de software ale sistemului de operare produse de firma producătoare pentru fiecare tip de echipament (unde este cazul);
  - asumarea obligațiilor referitoare la instruirea personalului medical și a personalului tehnic ;
- Declarație /angajament cu privire la condițiile de asigurare a service-ului în perioada de garanție(formular liber, însoțit de fiecare ofertant în parte);
- Specificațiile tehnice ale tuturor echipamentelor, completate, semnate și stampilate de ofertant și fișe tehnice de la producător semnate și stampilate de ofertant;
- Documentații tehnice/fișe tehnice, așa cum sunt definite la pct. 3 (pag. 4 a prezentului caiet de sarcini) de mai sus, care să permită comisiei de evaluare verificarea corespondenței produsului oferit cu specificațiile tehnice;
- Certificate/autorizații/avize solicitate prin caietul de sarcini;

În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta și:

- Declarația privind termenul de garanție acordat echipamentelor.
- Declarație cu privire la termenul de livrare.
- Modelul de contract, însoțit de către ofertant, semnat și stampilat pe fiecare pagină.

- Propunerea financiară se elaborează în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării financiare.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei. Ofertantul va include în oferta de preț toate costurile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

Ofertantul trebuie să prezinte:

- formularul de oferta - Formular nr.3, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare;
- Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în Declarația pe propria răspundere, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.
- Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în Declarația pe propria răspundere.
- Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și stampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**  
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, cod 220134  
Tel.: +40 372 521137; Fax: +40 372 521182  
E-mail: achizitiicjmh@gmail.com

- Ofertantul are obligația de a depune oferta în forma stabilită în documentația de atribuire, la adresa de e-mail: [achizitiicjmh@gmail.com](mailto:achizitiicjmh@gmail.com), până la data și ora-limită pentru depunere, stabilite în invitația de participare, și își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.
- Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau după expirarea datei-limită pentru depunere nu va fi luată în considerare.
- Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligația ca acesta să nu se abată de la cerințele prevăzute în documentația de atribuire.

Nu se acceptă oferta alternativă.

Oferta va conține: propunerea tehnică, propunerea financiară, Documente de calificare;

Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare: 01.04.2020, ora 10:00;

Data și ora deschiderii ofertei preliminare: 01.04.2020, ora 11:00;

Având în vedere contextul actual, ofertanților li se va transmite, procesul verbal de deschidere a ofertelor, pe adresa de e-mail comunicată.

Obiectul negocierii îl face pretul ofertat.

Oferta preliminară, semnată (olograf și electronic) și stampilată, se va transmite pe adresa de e-mail a Biroului Achiziții Publice, din cadrul Consiliului Județean Mehedinți: [achizitiicjmh@gmail.com](mailto:achizitiicjmh@gmail.com).

Procedura de negociere se va desfășura individual, cu fiecare ofertant în parte, într-o singură rundă. În acest sens vi se va transmite o invitație la negocieri, ulterioară datei de deschidere a ofertei preliminare, iar modalitatea de comunicare se va face în scris, pe adresa de e-mail menționată anterior.

Data și ora limită de depunere a ofertei finale va fi stabilită la o dată ulterioară runde de negocieri.

Oferta finală (semnată olograf și electronic) se va transmite pe adresa de e-mail a Biroului Achiziții Publice, din cadrul Consiliului Județean Mehedinți: [achizitiicjmh@gmail.com](mailto:achizitiicjmh@gmail.com).

Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări privind documentația de atribuire, vor fi postate pe site-ul instituției: [www.cjmehedinti.ro](http://www.cjmehedinti.ro) Secțiunea „Informații publice” - „Achiziții publice”.

Anexam la prezenta invitație de participare Documentația de atribuire.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel: 0372/521137, fax:0372/521182, e-mail: [achizitiicjmh@gmail.com](mailto:achizitiicjmh@gmail.com) – Biroul Achiziții Publice.



**Direcția Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabilă, Turism**  
**Director Executiv,**  
**Prof. Ing. Tranca Silvia Iuliana**

Intocmit,

**Biroul Achiziții Publice Direcția**  
**ec. Tiuca Lucian Costin**  
**ec. Florin Ciprian Radulescu**  
**ec. Mioara Iordana Echert**

**Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabilă, Turism**  
**ec. Mina Alina Burtea**  
**ing. Alexandra Magdalena Vasile**  
**j. Mariana Octavia Draghia**  
**ec. Bogdan Cristian Burducea**  
**ing. Amalia Livia Visan**

**UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI**  
Nr. 4384 din 27.03.2020

Se aprobă,  
**PREȘEDINTE**  
Av. Aladin Gigi Georgescu



**CAIET DE SARCINI PRIVIND**  
**ACHIZITIONAREA DE APARATURA MEDICALA IN CONTEXTUL EXTINDERII**  
**PANDEMIEI DE CORONAVIROZA**

pentru obiectivul de investitii

**„ Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin”**



## **1. INTRODUCERE**

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a aceluia capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertantii trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile oferite.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurinta exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.

### **1. Contextul realizării acestei achiziții de servicii**

UAT județul Mehedinți a obținut finanțarea obiectivului prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii

Misiunea prezentului proiect pune accent pe crearea cadrului favorabil creșterii calității activităților și serviciilor medicale oferite în cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Principala motivație a acestui proiect o constituie dorința și nevoia de a crea o instituție publică în domeniul sănătății, care să aibă un rol major în tratarea pacienților la standarde moderne, actuale.

Ca urmare a activității grupului de Suport tehnic – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României în contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional din cauza noului CORONAVIRUS și urmare a răspândirii extrem de rapide, coroborat cu prevederile comunicatului de presă nr. 87/16.03.2020 a Administrației Prezidențiale prin care Președintele României a semnat decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ținând cont că Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin

este singura unitate spitaliceasca care trateaza toate cazurile cu patologii complexe, inclusiv pacientii suspecti si confirmati cu COVID 19 de pe teritoriul judetului Mehedinti si zonele limitrofe, este imperios necesară adoptarea de măsuri pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirusul, luând în considerare că vârful epidemiei nu a fost atins, iar unitățile spitalicești nu sunt pregătite să facă față impactului.

În consecință, având în vedere considerentele enumerate mai sus și ținând cont de prevederile art. 104 lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:

„Art. 104 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.”,

se vor achiziționa în regim de urgență:

1. două (2) aparate videolaringoscop
2. un (1) analizor biochimie
3. cinsprezece (15) monitoare functii vitale cu troliu inclus
4. cinci (5) statii injectomate monitoare functii vitale cu troliu
5. un (1) analizor procalcitonină
6. un (1) sistem ecografie ultraportabil cu 1 traductor (ecograf portabil cu sonde, doppler, abdomen)
7. un (1) analizor coagulare
8. zece (10) paturi ATI
9. nouă (9) aparate ventilatie mecanica de inalta performanta
10. un (1) analizor gaze sanguine
11. doua (2) monitor fetal
12. doua (2) măsuțe mobile pentru aparate
13. un (1) sistem sterilizare automat, mobil
14. o (1) Statie apa autonoma pentru aparat de dializa - ministație de osmoză inversă pentru aparatele de hemodializă
15. o (1) stație centralizată de monitorizare funcții vitale – 24 monitoare,
16. trei (3) aparate EKG portabil,

### **1.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta**

UAT judetul Mehedinti este unitate administrativ teritoriala administrata de catre Consiliul Judetean Mehedinti, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Traian , nr. 89, judepil Mehedinti, reprezentat de av. Aladin - Gigi GEORGESCU avand calitatea de presedinte.

Printre activitatile de administratie publica generala care constituie obiectul de

activitate, se regăsește și activitatea de administrare a unităților medicale din proprietatea al județului Mehedinți.

Relația dintre serviciile achiziționate și activitatea Autorității Contractante o reprezintă finalizarea cu succes din punct de vedere al calității, costurilor și perioadei de timp a contractului de proiectare și execuție lucrări propuse și finanțate în cadrul Proiectului.

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezenta achiziție se dorește achiziționarea următoarelor Echipamente medicale:

1. două (2) aparate videolaringoscop
2. un (1) analizor biochimie
3. cinsprezece (15) monitoare funcții vitale cu trolu inclus
4. cinci (5) stații injectomate monitoare funcții vitale cu trolu
5. un (1) analizor procalcitonină
6. un (1) sistem ecografie ultraportabil cu 1 traductor (ecograf portabil cu sonde, doppler, abdomen)
7. un (1) analizor coagulare
8. zece (10) paturi ATI
9. nouă (9) aparate ventilație mecanică de înaltă performanță
10. un (1) analizor gaze sanguine
11. două (2) monitor fetal
12. două (2) măsuțe mobile pentru aparate
13. un (1) sistem sterilizare automat, mobil
14. o (1) Stație apă autonomă pentru aparat de dializă - ministație de osmoză inversă pentru aparatele de hemodializă
15. o (1) stație centralizată de monitorizare funcții vitale – 24 monitoare,
16. trei (3) aparate EKG portabil,

Echipamentele medicale ce urmează a fi achiziționate prin prezenta achiziție vor fi fiabile și economice, apte pentru utilizarea intensivă.

## 3. CONDIȚII GENERALE

La prezentarea ofertei, ofertanții vor prezenta pentru echipamentele pentru care ofertează, fișele tehnice care vor conține următoarele informații:

- denumirea produselor oferite, denumirea producătorilor acestora, locul de fabricație și de asemenea va consemna indicatorii de performanță în corespondență cu Caietul de sarcini din prezenta documentație
- **echipamentele furnizate trebuie să fie noi, nefolosite, de ultimă generație tehnologică, și să nu fi fost retrase de pe piață.**

**Ofertantul va prezenta o declarație în acest sens.**

Ofertanții au obligația de a prezenta, pentru fiecare produs oferit **documentații tehnice (fișe tehnice)**.

Documentațiile tehnice trebuie să fie conforme cu caracteristicile prezentate în Caietul de sarcini și să permită verificarea conformității specificațiilor produselor oferite cu cerințele din specificațiile tehnice incluse în caietul de sarcini.

### 3.1. Certificari si Autorizari

Echipamentele medicale trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru introducerea pe piata si punerea in functiune a dispozitivelor medicale.

Ofertantii vor prezenta urmatoarele:

a) Declaratie de conformitate CE a producatorului ca produsul oferat este conform cu Directiva CE pentru dispozitive medicale in care se incadreaza echipamentul si/sau Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat, dupa caz;

b) Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii Publice din Romania pentru comercializarea dispozitivelor medicale;

c) Certificat de inregistrare dispozitive medicale emis de Ministerul Sanatatii pentru dispozitivele fabricate de producatori romani;

d) Aviz de functionare pentru activitatea de service pentru tipul de dispozitiv medical oferat, emis de Ministerul Sanatatii, sau contract de service cu o firma ce indeplineste aceasta conditie;

**Certificatele si autorizarile se vor prezenta in cadrul propunerii tehnice in copii certificate „conform cu originalul” de catre reprezentantul legal al ofertantului si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.**

### 3.2. Programare

Durata contractului de achizitie publica este de la data semnarii acestuia de catre ambele parti dar după cum urmeaza:

Lot 1: Aparate videolaringoscop - 13 zile de la semnarea contractului

Lot 2: Analizor biochimie - 8 zile de la semnarea contractului

Lot 3: Monitoare functii vitale cu troliu - 48 zile de la semnarea contractului

Lot 4: Statii injectomate monitoare functii vitale cu troliu - 33 zile de la semnarea contractului

Lot 5: Analizor procalcitonina - 8 zile de la semnarea contractului

Lot 6: Sistem ecografie ultraportabil cu 1 traductor (ecograf portabil cu sonde, doppler, abdomen) - 33 zile de la semnarea contractului

Lot 7: Analizor coagulare - 8 zile de la semnarea contractului

Lot 8: Paturi ATI - 8 zile de la semnarea contractului

Lot 9: Aparate ventilatie mecanica de inalta performanta – 4 luni de la semnarea contractului

Lot 10: Analizor gaze sanguine – 8 zile de la semnarea contractului

Lot 11: Monitoare fetale - 24 zile de la semnarea contractului

Lot 12: Masute mobile pentru aparate - 24 zile de la semnarea contractului

Lot 13: Sistem de sterilizare automat, mobil – 33 zile de la semnarea contractului

Lot 14: Statie apa autonoma pentru aparat de dializa - ministație de osmoză inversă pentru aparatele de hemodializă - 45 zile de la semnarea contractului

Lot 15: Statie centrala de monitorizare functii vitale cu 24 monitoare – 7 zile de la semnarea contractului zile de la semnarea contractului

Lot 16: Aparate EKG portabile – 3 zile de la semnarea contractului

Pe parcursul derularii contractului, următoarele termene și condiții vor fi respectate:

- furnizarea se va efectua după cum urmează:

Lot 1: Aparate videolaringoscop - maxim 10 zile de la semnarea contractului

Lot 2: Analizor biochimie - maxim 5 zile de la semnarea contractului

Lot 3: Monitoare funcții vitale cu troliu - maxim 45 zile de la semnarea contractului

Lot 4: Stații injectomate monitoare funcții vitale cu troliu - maxim 30 zile de la semnarea contractului

Lot 5: Analizor procalcitonina - maxim 5 zile de la semnarea contractului

Lot 6: Sistem ecografie ultraportabil cu 1 traductor (ecograf portabil cu sonde, doppler, abdomen) - maxim 30 zile de la semnarea contractului

Lot 7: Analizor coagulare - maxim 5 zile de la semnarea contractului

Lot 8: Paturi ATI - maxim 5 zile de la semnarea contractului

Lot 9: Aparate ventilatie mecanica de inalta performanta – maxim 4 luni de la semnarea contractului

Lot 10: Analizor gaze sanguine – maxim 5 zile de la semnarea contractului

Lot 11: Monitoare fetale - maxim 21 zile de la semnarea contractului

Lot 12: Masute mobile pentru aparate - maxim 21 zile de la semnarea contractului

Lot 13: Sistem de sterilizare automat, mobil – maxim 30 zile de la semnarea contractului

Lot 14: Stație apă autonomă pentru aparat de dializa - instalație de osmoză inversă pentru aparatele de hemodializă - maxim 42 zile de la semnarea contractului

Lot 15: Stație centrală de monitorizare funcții vitale cu 24 monitoare – maxim 4 zile de la semnarea contractului

Lot 16: Aparate EKG portabile – maxim 1 zi de la semnarea contractului

- instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor medicale se va realiza în maximum 2 zile calendaristice de la data livrării echipamentelor; instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor în locația de livrare, cu personal al firmei, operații incluse în pret

- instruirea personalului necesar utilizării echipamentelor medicale și a personalului tehnic, se va realiza după furnizarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, pe parcursul unei zile calendaristice, pe cheltuielile furnizorului.

Ofertele care vor avea termen de livrare peste maximumul prevăzut în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate neconforme.

### **3.3 Livrare și transport**

Livrarea și punerea în funcțiune se va face la sediul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.

Costurile necesare transportului, costurile de încărcare/descărcare, manipulare, inclusiv asigurările pe perioada transportului vor fi incluse în prețul ofertei.

### **3.4 Asigurări**

Reprezinta sarcina furnizorului de a asigura echipamentele pe perioada transportului, a instalării și punerii în funcțiune până la recepția de către beneficiar.

### **3.5 Instalare si punere in functiune**

Reprezinta obligatia furnizorului de a asigura instalarea/montajul si punerea in functiune a echipamentelor.

Echipamentele medicale in componenta ofertata, inclusiv accesoriile incluse precum si componentele software incluse (unde este cazul) vor fi upgrodate „la zi ” cu ocazia punerii in functiune.

Montajul, punerea in functiune si reglajele echipamentelor sunt operatiuni incluse in pret. Costurile necesare instalarii si punerii in functiune vor fi incluse in pretul oferat.

Procesele se vor finaliza cu **proces verbal de instalare si punere in functiune.**

### **3.6 Instruirea personalului**

Reprezinta obligatia Furnizorului de a instrui personalul medical si personalul tehnic nominalizat de Autoritatea Contractanta

La elaborarea propunerii tehnice si a propunerii financiare, Ofertantul va trebui sa tina seama ca, in functie de specificul echipamentului va trebui sa asigure personalul, care sa fie capabil sa ofere instruirea personalului medical si a personalului tehnic **pentru fiecare echipament.** Instruirea personalului medical si a personalului tehnic specializat, se va realiza dupa furnizarea si punerea in functiune a echipamentelor, pe parcursul a cel putin unei zile calendaristice, pe cheltuiala furnizorului, intr-un termen cat mai scurt, de la punerea in functiune a echipamentelor. Instruirea se va finaliza cu un **proces verbal de receptie a serviciilor de instruire.**

### **3.7 Asigurarea cu personal de specialitate pentru instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului, precum si pentru asigurarea service-ului in perioada de garantie.**

Ofertantul are obligatia de a asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului precum si service-ul in perioada de garantie pentru toate echipamentele livrate.

Instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului precum si service-ul in perioada de garantie, pentru fiecare echipament in parte, va fi asigurat cu personal de specialitate, pregatit si instruit in acest sens.

Personalul de specialitate care va asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului , precum si service-ul in perioada de garantie, poate fi personal angajat al ofertantului, sau poate fi al unui alt agent economic (prestator de servicii), cu care ofertantul a incheiat un contract de prestari servicii privind instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului si service-ul echipamentelor livrate, dupa caz.

### **3.8. Receptie**

Receptia se va face dupa punerea in functiune, de catre o comisie nominalizata de catre Autoritatea Contractanta. Receptia va urmari aspectele cantitative si calitative

precum si conformitatea cu oferta, dupa cum urmeaza:

- verificarea caracteristicilor tehnice inscrise in cartea tehnica cu cele din Fisa tehnica din Caietul de sarcini,
- efectuarea probelor de functionare in prezenta beneficiarului conform instructiunilor cuprinse in cartea tehnica a echipamentului,
- verificarea accesoriilor si a consumabilelor.

**Receptia se va aviza dupa punerea in functiune a tuturor echipamentelor medicale si informatice prin semnarea procesului verbal de instalare si punere in functiune si dupa realizarea instruirii personalului beneficiarului.**

Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului gratuit toate materialele care sunt necesare pentru demonstrarea functionarii completului ofertat, corespunzator solicitarilor specificate pentru echipament .

Toate echipamentele medicale vor fi insotite de Manual de utilizare/operare in original.

### **3.9. Garantia Tehnica, Service in Garantie**

Potrivit prevederilor art. 895 alin (3) din Legea nr. 132/2014, privind dispozitivele medicale „Utilizatorii de dispozitive medicale trebuie sa se asigure ca pentru dispozitivele medicale puse in functiune si utilizate se asigura piese de schimb si ca exista unitati avizate pentru efectuarea service-ului.

In acest sens, se solicita ca **perioada de garantie completa (incluzand toate componentele) de buna functionare sa fie dupa cum urmeaza:**

- Lot 1: Aparate videolaringoscop – minim 2 ani
- Lot 2: Analizor biochimie – minim 5 ani
- Lot 3: Monitoare functii vitale cu troliu – minim 2 ani
- Lot 4: Statii injectomate monitoare functii vitale cu troliu – minim 2 ani
- Lot 5: Analizor procalcitonina – minim 3 ani
- Lot 6: Sistem ecografie ultraportabil cu 1 traductor (ecograf portabil cu sonde, doppler, abdomen) – minim 5 ani
- Lot 7: Analizor coagulare – minim 5 ani
- Lot 8: Paturi ATI – minim 2 ani
- Lot 9: Aparate ventilatie mecanica de inalta performanta – minim 2 ani
- Lot 10: Analizor gaze sanguine – minim 5 ani
- Lot 11: Monitoare fetale – minim 2 ani
- Lot 12: Masute mobile pentru aparate – minim 2 ani
- Lot 13: Sistem de sterilizare automat, mobil – minim 2 ani
- Lot 14: Statie apa autonoma pentru aparat de dializa - ministație de osmoză inversă pentru aparatele de hemodializă – minim 2 ani
- Lot 15: Statie centrala de monitorizare functii vitale cu 24 monitoare – minim 2 ani
- Lot 16: Aparate EKG portabile – minim 2 ani

Perioada de garantie de buna functionare decurge incepind de la data receptiei bunurilor. Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie de buna functionare a echipamentului se refera la toate componentele acestuia si se acorda

indiferent de numarul de ore de functionare/numar de expuneri/ alti parametri tehnici. Ofertantul va prezenta o descriere a conditiilor de acordare a garantiei.

**Service-ul in garantie:** este asigurat gratuit prin personal autorizat și instruit in acest scop.

Pe perioada garantiei service-ul este asigurat in mod gratuit in 48 de ore la sediul firmei furnizorului sau in maxim 5 zile de la anuntarea defectiunii la sediul CUMPARATORULUI.

In perioada de garantie se vor asigura numai piese de schimb originale pentru produsul/produsele oferate, conform cerintelor din fișele tehnice din Caietul de Sarcini. Perioada de garantie se prelungește cu perioada de reparatie.

**Atentie!** Este considerat finalizat contractul in cadrul caruia echipamentele medicale si cele informatice au fost receptionate, instalate si puse in functiune si s-a realizat instruirea personalului beneficiarului.

### 3.10.        **Prezentarea ofertei**

#### **Propunerea tehnica**

Propunerea tehnica **se va intocmi separat** pentru fiecare lot si va cuprinde:

- Declaratie ca (formular liber, insusit de fiecare ofertant in parte):
  - echipamentele furnizate vor fi noi, nefolosite si nu au fost retrase de pe piata;
  - echipamentele medicale in componenta ofertata, inclusiv accesoriile incluse precum si componentele software incluse (unde este cazul) vor fi upgradata „la zi” cu ocazia punerii in functiune;
  - asumarea obligatiei de a livra si instala gratuit, in perioada de garantie, toate upgrade-urile de software ale sistemului de operare produse de firma producatoare pentru fiecare tip de echipament (unde este cazul);
  - asumarea obligatiilor referitoare la instruirea personalului medical si a personalului tehnic ;
  
- Declaratie /angajament cu privire la conditiile de asigurare a service-ului in perioada de garantie(formular liber, insusit de fiecare ofertant in parte);
- Specificatiile tehnice ale tuturor echipamentelor, completate, semnate si stampilate de ofertant si fise tehnice de la producator semnate si stampilate de ofertant;
- Documentatii tehnice/fise tehnice, asa cum sunt definite la pct. 3 (pag. 4 a prezentului caiet de sarcini) de mai sus, care sa permita comisiei de evaluare verificarea corespondentei produsului ofertat cu specificatiile tehnice;
- Certificate/autorizatii/avize solicitate prin caietul de sarcini;



**Elemente de pret:**

Preturile vor fi prezentate in lei fara TVA. TVA se va evidentia separat.

Preturile propuse in oferte sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior.

- **Centralizatorul de preturi.** Preturile vor fi exprimate pe unitate de produs si TOTAL . Pretul fiecarui echipament medical va include toate accesoriile si/sau consumabilele aferente, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. Pretul de livrare a produselor va avea incluse de asemenea cheltuielile de transport, predare-primire, incarcare- descarcare, instalare, montare, monitorizare, reglaj, instruire, asigurari sau alte costuri si taxe ocazionale in vederea efectuarii receptiei calitative.

**1. CONDITII SPECIFICE**

Acestea rezulta din fisele tehnice ale fiecarui echipament.

**NOTA:**

**ORICE REFERIRE LA MARCI SAU DENUMIRI COMERCIALE DIN CUPRINSUL SPECIFICATIILOR TEHNICE SE VA CITI „SAU ECHIVALENT”.**

## FISA TEHNICA LOT 1: Aparate videolaringoscop

CARACTERISTICI TEHNICE			DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Parti	Parametrii	Date tehnice			
<b>Ecran</b>	Dimensiune	3.5" Vizualizare completă			
	Monitor	LCD			
	Rezoluție	640*480(RGB)			
	Aspect ratio	4:3			
	Video refresh rate	30FPS			
	Iluminare	LED			
<b>Lama laringoscop cu camera inclusa</b>	Rezoluție ratio	2.0M Pixels			
	Unghiul de câmp	66 °			
	Iluminare	≥ 800LUX			
<b>Bateria</b>	Tipul	Baterie reincarcabila lithium			
	Timpul de lucru	≥ 200 minute			
	Voltage	3.7V			
	Capacitate	3200mAh			
	Incarcare	Mai mult de 300 de ori			
	Timp de incarcare	Mai puțin de 8 ore			
<b>Adaptorul de alimentare</b>	Port de încărcare	Micro USB			
	Intrare	100-250V, 50Hz			
	Iesire	5V, 1000mA			
<b>Transport/depozitare</b>	Temperatura	-10° C~ + 45°C			
	Umiditate	≤ 93%			
	AP	500hPa la 1060hPa			
<b>Circumstante de lucru</b>	Temperatura	5 ° C ~ +40° C			
	Umiditate	30%~85%			
	AP	700hPa la 1060hPa			
<b>Funcție unică anti ceață</b>	Funcția anti-ceață la alimentarea fără preîncălzire				
<b>Greutate</b>	321 g.(de unică folosință); 376 g. (reutilizabil)				
<b>Funcție foto/video</b>	Buton pe mâner pentru captura; Card de memorie internă 4G pentru stocarea fișierelor; cablu USB pentru conectarea la monitorul intern pentru încărcare				
<b>Maner</b>	Mâner scurt cu design ergonomic confortabil				

## FISA TEHNICA LOT 2: Analizor biochimie

CERINȚE TEHNICE	DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
<b>Conditii generale</b>			
- Echipamentul trebuie sa fie nou - Echipamentul să prezinte certificat de conformitate C.E. emis de un organism notificat si/sau Declarație de conformitate CE			
<b>PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI</b>			
<i>Eșantioane procesate</i> : Ser, plasma, sange integral			
<i>Principiul de măsură</i> : Masurare optica a intensitatii reflexiei – cinci tipuri diferite de filtre optice (cinci lungimi de unda), iar lungimea de unda optima este selectata pentru fiecare parametru masurat (testat)			
<i>Tip reactivi</i> : Chimie uscată (bandelete)			
<i>Consumul mostrei</i> : 4 – 6 microlitri pentru fiecare parametru masurat			
<i>Volumul minim al eșantionului</i> : - ser, plasma: 6 x (nr. de parametri masurati) + 38μL - sange integral: 250 microlitri			
<i>Parametri biochimici masurați (teste)</i> : calciu( <b>Ca</b> ), magneziu( <b>Mg</b> ), glucoza( <b>GLU</b> ), acid uric( <b>UA</b> ), colesterol( <b>Cho</b> ), trigliceride( <b>TG</b> ), uree( <b>BUN</b> ), bilirubina totala( <b>T-BIL</b> ), proteine totale( <b>T-Pro</b> ), albumina( <b>Alb</b> ), transaminaza glutamoxalacetica( <b>TGO</b> ), transaminaza glutampiruvica( <b>TGP</b> ), amilaza( <b>Amy</b> ), creatin fosfokinaza( <b>CPK</b> ), gamma glutamil transpeptidaza( <b>GGT</b> ), fosfataza alcalina( <b>ALP</b> ), colesterol-lipoproteine de inalta densitate( <b>HDL-C</b> ), fosfor anorganic ( <b>IP</b> ), lactico-dehidrogenaza( <b>LDH</b> ), creatinina( <b>Cre</b> ), fructozamina( <b>FRA</b> )			
<i>Tip procesare</i> : procesare simultană a maxim 9 parametri folosind o bandă multiplă (6 reactivi) și trei benzi simple			
<i>Viteza de procesare</i> : min. 60 de teste (parametri)/ora			
<i>Memorie stocarea datelor</i> : pt. 100 de masuratori			
<i>Sistem de gestiune</i> : extern, posibilitate conectare la PC și la un cititor de cod de bare .			
<i>Centrifugare</i> : Microcentrifuga incorporată in aparat			
<i>Calibrare</i> :- cu cartela magnetica inclusă in panelurile de analiza/fără reactivi de calibrare			
<i>Imprimanta</i> :Incorporată, cu hartie termosensibila			

<i>Interfața cu operatorul : - tastatura dedicată, afisaj alfanumeric tip LCD.</i>			
<i>Interfata de conectare la un computer : Seriala tip RS-232</i>			
<i>Alimentare : 220-240 V, 50Hz</i>			
<i>Temperatura de lucru : 10° – 30°C</i>			
<i>Greutate : max.5,5 Kg</i>			
<i>Sistem automat : să nu necesite prelucrare anterioară sau centrifugare separată, avand toate componentele integrate in unitatea de lucru.</i>			
<b>INSTRUIRE PERSONAL</b> Cu ocazia instalarii analizorului, specialistii Furnizorului vor face prezentarea echipamentului, a modului de functionare, etc. personalului medical care va utiliza acest echipament.			
<b>LIVRARE ȘI TRANSPORT</b>			
Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, instalarea și punerea in functiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca operatiuni incluse in pret. Furnizorul are obligatia de a completa fisa tehnica de echipament la livrare.			
Documente insotitoare: manuale de utilizare, softuri, licente specifice aplicatiilor.			
<b>CONDITII DE GARANTIE</b>			
Durata garantiei ANALIZORULUI este de minim 12 luni.			
Instalarea si service-ul în perioada de garantie vor fi asigurate de specialistii furnizorului.			

**FISA TEHNICA LOT 3: Monitoare functii vitale cu troliu**

<b>CERINTE TEHNICE</b>			Conformitate
<b>Monitor functii vitale</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	(trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Să poată fi utilizat pentru monitorizarea semnelor vitale la pacientii adulti, copii sau nou-nascuti			
Monitorul sa fie modular cu posibilitatea de conectare a minim 4 module de unic parametru.			
Sa permita monitorizarea urmatorilor parametrii: <b>ECG</b> , Frecventa Cardiaca ( <b>HR</b> ), Respiratie ( <b>RR</b> ), <b>SpO<sub>2</sub></b> , <b>Puls</b> , Tensiunea arteriala neinvaziva ( <b>NIBP</b> ), Temperatura ( <b>Temp</b> )			
<b>Interfata de utilizare</b>			
Sistemul de comanda si de introducere al datelor sa fie prin ecranul touchscreen			
Monitorul sa aiba functionalitatea de a avea o tastatura "virtuala" pe ecran pentru introducerea datelor alfanumerice			
Sa existe posibilitatea de creare a unor afisaje configurabile de către utilizator in functie de preferintele si necesitatile de monitorizare			
Formele de unda in timp real si valorile numerice ale parametrilor monitorizati sa fie codificate color			
Monitorul sa aiba posibilitatea de selectare rapida a profilului pacientului din optiunile: adult, pediatric si nou-nascut			
Monitorul sa includa software de simulare pacient care sa poata fi utilizat pentru autoinstruire in vederea folosirii aparatului			
<b>Conectivitate</b>			
Monitorul sa includa software si interfata de conectare in retea si la statie centrala de monitorizare. Reteaua de monitorizare se va face cu cabluri (LAN).			
Monitorul sa permita atasarea unui alt display de tip "slave" cu posibilitate de upgrade ulterior constand in atasarea unui display independent			

Sa poata fi conectat la o statie centrala de monitorizare			
Sa existe un port USB, minim 2.0			
Monitorul sa poata fi interconectat cu alte sisteme prin HL7			
<b>Alarmer</b>			
Alarmer sa fie afisate permanent pe ecranul principal împreună cu valorile parametrilor monitorizati			
Setările de bază ale limitelor de alarmă configurabile pentru fiecare parametru monitorizat			
La detectarea unei alarme monitorul sa o semnalizeze prin diferite metode simultane, de exemplu:			
• Sa genereze un ton de alarmare gradat in functie de severitatea alarmei			
• Sa genereze mesaje de alarmare codificate color in functie de severitate			
• Valorile numerice ale parametrului care a generat alarma sa fie evidentiat pe afisajul monitorului			
Timpul de alarmare pentru: frecventa cardiaca joasa sau ridicata si stop cardiac sa fie mai mica de 10 secunde.			
Posibilitatea de a marca un eveniment de alarma pentru revizualizare			
Posibilitatea de ajustare automata a alarmelor in functie de pacientul monitorizat			
<b>Management Date</b>			
• Sa existe posibilitatea de afisare pentru revizualizare a tuturor parametrilor si a formelor de unda monitorizate din ultimele 48 de ore (full disclosure)			
• Formele de unda afisate si viteza acestora de afisare sa poata fi selectabile si configurabile de catre utilizator			
• Tendintele grafice si numerice sa poata fi revizualizate pt o perioada de 240 de ore			
• Imprimanta termica cu posibilitatea de printare a minim 4 forme de unda			
<b>Transport</b>			
Monitorul sa dispuna de facilitati pentru			

monitorizarea pacientului in timpul transportului acestuia in spital, si anume:			
• Monitorul sa poata functiona pe baterie pentru minim 6 ore			
• Greutate maxim 5.5 kg (cu baterie inclusa)			
<b>Caracteristici parametrii monitorizati</b>			
<b>ECG:</b>			
Monitorizare ECG folosind electrozi si cabluri cu 3 si 5 fire			
Monitorizare ECG cu 12 derivatii, de diagnostic, folosind cablu ECG cu 10 fire			
Viteze reglabile de deplasare a undei: 12.5, 25.0 si 50.0 mm/s			
Monitorul sa poata detecta si afisa in cazul deconectarii unuei derivatii			
Monitorul sa poata detecta stimulatorul cardiac			
Intervalul de alarma in caz de stop cardiac sau frecventa cardiaca marita sau scazuta sa nu depaseasca 10 secunde			
Monitorul sa permita analiza de aritmie pe cel putin doua derivatii ECG si care sa includa:			
-detectarea si analiza aritmiilor ventriculare			
-calculul frecventei cardiace			
-generarea de alarme inclusiv pentru asistole, bradicardie si fibrilatie ventriculara			
Sa aiba posibilitatea de interpretare grafica a segmentului ST intr-o diagrama usor de interpretat care sa ofere 12 imagini diferite ale activitatii electrice a inimii			
<b>FRECVENTA CARDIACA:</b>			
-Intervalul de masurare: 15-300 batai/minut pentru adulti			
-Intervalul de masurare: 15-350 batai/minut pentru copii / nou nascuti			
<b>RESPIRATIE:</b>			
-Intervalul de masurare: 5-150 respiratii/minut			
-Precizie de $\pm 2$ rpm indiferent de interval			
<b>PULSOXIMETRIE (SpO<sub>2</sub>):</b>			
-Intervalul de masurare: 0-100%			
-Afisarea curbei de pletismografie			
-Interval puls: 30 – 300 bpm			
-Precizie SpO <sub>2</sub> $\pm 3\%$			
-Precizie puls 1bpm			

<b>TENSIUNE ARTERIALA NEINVAZIVA (NIBP):</b>		
-Masurarea tensiunii arteriale sa se poata face manual sau automat		
-In modul Automat perioada de repetitie a masuratorii tensiunii arteriale sa fie selectabila din minimum 10 valori diferite cuprinse in intervalul 1 – 120 minute		
-Intervalul de masurare:		
30 – 270 mmHg in sistola		
10 – 240 mmHg in diastola		
20-250 mmHg presiunea medie		
Eroare maxima sa nu depaseasca $\pm 5$ mmHg		
<b>TEMPERATURA:</b>		
-Intervalul de masurare minim a temperaturii: 25°C – 45°C		
-2 canale		
-Timp de raspuns maxim 155 Sec		
<b>Caracteristici generale monitor:</b>		
Ecranul monitorului sa fie plat, cu o diagonala de min. 12 inch, touchscreen		
Ecranul sa fie color, cu o rezolutie $\geq 1280 \times 800$		
Numărul formelor de unda afișate simultan pe ecran: 8 forme de undă în timp real		
Pentru protectia pacientului impotriva riscului contaminarilor si pentru confortul acestuia (reducerea zgomotului), sistemul sa nu aiba ventilatoare si/sau hard discuri		
Sa existe un ceas digital afisat pe ecranul monitorului		
Sa existe un mod de noapte		
Instrucțiuni de utilizare detaliate în limba română		
Interfata de utilizare sa fie in limba romana		
Pentru o protejare a investitiei, echipamentul trebuie sa fie structurat pe o platforma upgradabila, dupa cum urmeaza:		
-Posibilitatea de marire a capacitatii de monitorizare prin adaugarea urmatoarelor parametrii vitali: IBP (2 canale), CO2 (Microstream), BIS, Module de gaze anestezice		
<b>Accesorii si consumabile:</b>		
-Cablu ECG cu 3 fire		
-Senzor SpO <sub>2</sub> reutilizabil pentru deget adult, lungime min 3m		



-Manseta de tensiune reutilizabila adult;			
-Tub interconectare manseta, lungime min 3m			
-Roll Stand mobil			
-Sensor de temperatura reutilizabil			
-Troliu Transport			

## FISA TEHNICA LOT 4: Statii injectomate monitoare functii vitale cu troliu

CERINȚE TEHNICE	DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
<b>Cerinte tehnice minimale solicitate</b>			
<b>Conditii generale</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Echipamentul trebuie sa fie nou</li> <li>- Echipamentul să prezinte certificat de conformitate C.E. emis de un organism notificat si/sau Declarație de conformitate CE</li> </ul>			
<b>PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI</b>			
Afișaj mare și color, cu rezoluție mare și contrast reglabil			
Interfață utilizator intuitivă			
Display mare tactil ușor de citit, care afișează constant rata de debit, dimensiunea seringii, numele medicamentului, presiunea de perfuzie și status alimentare;			
Detectarea automată a seringilor			
Timp scurt în setarea parametrilor injectării			
Continuitate bună a injectării			
Diferite moduri de injectare și alegerea acestora			
Posibilitate de integrare cu celelalte sisteme din spital (HIS / PDMS)			
Calculează viteza de injectare în funcție de volum și timp			
Rata de injectare programabilă în ml/h sau în alte unități de măsură			
Prevazut cu diferite moduri de operare: perfuzie conatanta sau intermitenta, perfuzie in trepte;			
Opțiuni complete de configurare, de exemplu: sistem de protecție avansată, modul noapte și zi, opțiuni avansate de alarmă.			

Biblioteca extinsă de medicamente. Biblioteca de medicamente cu minim 2000 de proceduri de dozare împreună cu toți parametrii de perfuzie.			
Permite programarea bibliotecii direct de la tastatura injectomatului (fără utilizarea vreunui echipament extern).			
Proceduri de administrare a medicamentului, bazate pe mai multe soluții de protecție și securitate oferind siguranță și soliditate în funcționarea			
Configurație suplimentară a pompei specific pentru fiecare CCA.			
Echiptat cu un buton acționat de pacient care pornește furnizarea unei doze prestabilite de medicament.			
Dozarea medicamentului să fie securizată, împiedicând efectuarea unei erori din partea pacientului.			
Opțiune de comutare la modurile standard de perfuzare.			
Alimentare la sursa de curent alternativ la 220 V și prevăzută cu acumulator intern/ Injectomatul poate fi alimentat la 12V prin intermediul unui cablu sau direct printr-o stație de încălzire;			
<b>INSTRUIRE PERSONAL</b> Cu ocazia instalării echipamentului, specialiștii Furnizorului vor face prezentarea echipamentului, a modului de funcționare, etc. personalului medical care va utiliza acest echipament.			
<b>LIVRARE ȘI TRANSPORT</b>			
Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca operațiuni incluse în preț. Furnizorul are obligația de a completa fișa tehnică de echipament la livrare.			
Documente însoțitoare: manuale de utilizare, softuri, licențe specifice aplicațiilor.			
<b>CONDITII DE GARANTIE</b>			
Durata garanției este de minim 12 luni.			
Instalarea și service-ul în perioada de garanție vor fi asigurate de specialiștii furnizorului.			

**FISA TEHNICA LOT 5: Analizor procalcitonina**

<b>CERINȚE TEHNICE</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
<b>Analizorul poate determina cantitativ Procalcitonina, Troponina I, NT-ProBNP, D-Dimer, Ck-Mb, CRP si Hemoglobina glicozilata</b>			
Tehnologia de masurare este imunofluorescenta cu flux lateral, fiind cantitativa si nu calitativa			
Sistemul este stabil si isi mentine parametrii tehnici normali in cazul unei temperaturi de operare de 10-30°C, umiditate de maxim 80% si presiune atmosferica de 75 – 106 kPa			
Sistemul este portabil, autonom, cu dimensiuni reduse de 270 x 200 x 100 mm (L x l x h) si greutate de 2.7 kg			
Analizorul sa dispuna de frigider incorporat pentru a raci antiserul la o temperatura constanta de 2-8 °C			
Volumul maxim de proba este de <b>100 microlitri</b> si se analizeaza direct din sange integral, ser, urina sau plasma din tub cu EDTA, seringă heparinata sau capilar heparinat			
Precizia de masurare a analizorului sa fie mare, avand un coeficient de variatie de maxim 3%			
Interfata cu utilizatorul se realizeaza prin intermediul unui ecran LCD cu touchscreen de 7.5" cu meniu in limba romana si tastatura virtuala pentru introducerea datelor pacientilor			
Calibrarea testelor se realizeaza automat prin sistem RFID cu card, fara a fi necesara interventia operatorului, pentru a se evita posibilitatea de aparitie a erorilor de calibrare			
Datele pacientului se introduc prin intermediul tastaturii virtuale sau automat prin coduri de bare cu ajutorul unui cititor specializat			
Capacitatea de memorare este de 10.000 rezultate pacienti			
Analizorul dispune de <b>6 canale de incubatie</b> , cu temperatura controlata, pentru a reduce considerabil timpul de analiza			
Sistemul poate fi conectat la retea LIS, avand porturi RS232 pentru retea si pentru cititorul de coduri de bare			

Rezultatele pacientilor se imprima automat cu ajutorul imprimantei termice interne			
Sistemul nu necesita nicio mentenanta din partea operatorului, operatiunile de diagnostic realizandu-se automat, dispunand de program de autodiagnosticare cu automonitorizare continua a sistemului			
<b>CERTIFICARE</b>			
Certificat ISO 9001			
Analizorul si reactivii acestuia sa fie certificati cu EN 13640:2002, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 18113-1:2011, EN 62366:2008, EN 980:2008, EN ISO 18113-3:2011, EN 62304:2006/AC:2008, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-101:2002, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-6:2006, EN ISO 13485:2012/AC:2012, ISO9001 si sa fie conformi cu Directiva Europeana 98/79/EEC			
<b>GARANTIE</b>			
Analizorul este nou, cu garantie de <b>5 ani</b> , iar toate operatiunile de instalare, instruire si service se realizeaza de catre personalul autorizat al companiei noastre			
<b>SERVICII ASOCIATE INCLUSE</b>			
Transportul pana la sediul beneficiarului			
Instalarea, punerea in functiune si instruirea utilizatorului la sediul beneficiarului de catre personalul autorizat si certificat de catre producator al furnizorului			
Suport tehnic si clinic gratuit 24/7 asigurat de catre personal autorizat si certificat la producator, cu timp de interventie 3 ore de la apel			

**FISA TEHNICA LOT 6: Sistem ecografie ultraportabil cu 1 traductor (ecograf portabil cu sonde, doppler, abdomen)**

<b>CERINȚE TEHNICE</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
<b>FUNCTII</b>			
<b>Parametrii tehnici și funcționali</b>			
<b>1. APLICATII</b>			
Ecograf ultraportabil pentru aplicatii abdominale, obstetrica, ginecologie, plaman, vezică biliară, părți moi, musculoscheletale, superficiale și vasculare, compus din traductor convex, traductor liniar si o tableta cu sistem de operare Android, care utilizeaza o aplicatie software.			
<b>2. TEHNOLOGII DE OBTINERE IMAGINI ECOGRAFICE</b>			
Sistemul sa fie compatibil cu traductoare ce pot procesa semnale între 1 și 12 MHz			
Pentru obtinerea unei imagini ecografice optime cu aceeasi rezolutie atat in camp apropiat cat si in camp indepartat, sistemul trebuie sa asigure procesarea simultana a tuturor frecventelor din banda de frecventa specifica fiecărei sonde.			
Focusare microfina cu ajustare dinamica			
Gama dinamica de minim 165 db			
Adancime de scanare de pana la 30 cm			
Procesor digital de inalta performanta cu minim 65000 canale digitale			
Pentru obtinerea de imagini de foarte buna rezolutie, sistemul sa aiba capacitatea de a afișa în timp real imaginea in mod 2D compusă din imagini ale aceleesi regiuni, achiziționate din multiple unghiuri în acelasi plan de scanare			

Tehnologie de procesare adaptiva in timp real a fiecarui pixel din imaginea ecografica 2D in vederea eliminarii suplimentare a artefactelor si zgomotului care sa duca la imbunatatirea vizualizarii marginilor tesuturilor.			
Optimizarea inteligenta automata si continua a imaginii automat in modul 2D			
Funcție de economisire a bateriei, prin reducerea frecvente de achizitie a cadrelor atunci cand nu se realizeaza nicio examinare			
Imagistica cu armonice superioare ale tesutului			
Sistemul dispune de minim urmatoarele moduri imagistie:			
2D			
Doppler Color			
Mod M			
<b>FUNCTII</b>			
<b>3. ARHITECTURA SISTEM</b>			
Sistem ultraportabil si usor de conectat compus din:			
• traductor convex			
• traductor liniar			
• aplicatie software			
• tableta cu sistem de operare Android, la care se conecteaza traductorul			
Tableta compatibila cu aplicatia software sa dispuna de ecran tactil cu multiple puncte de atingere ce permit actiuni de zoom			
Dispozitivul sa dispuna de port activ de conectare a traductorilor de tip Micro USB sau USB tip C			
Aplicatia software sa permita utilizatorului accesarea rapida a acesteia pentru scanare, printr-o interfata intuitiva si usor de utilizat			
Tastatura QWERTY cu functie de recunoastere a vocii			

Interfata permite reglarea adancimii, a amplificarii si a puterii, precum si inghetarea imaginilor			
Sistem compatibil cu traductori de tip liniar, convex si sectorial			
<b>4. CONECTIVITATE</b>			
Traductorul sa dispuna de posibilitate de conectare cu dispozitivele atat prin Micro USB cat si prin USB Tip C			
Cablul de conectare al traductorului cu dispozitivul smart sa fie independent de sonda si sa poata fi inlocuit			
Sistemul are posibilitatea de a stoca datele pacientilor local pe dispozitiv			
Software integrat de scanare a codurilor de bare			
Posibilitate de conectare la WI-FI			
Posibilitate de oglindire a imaginii de pe aparat pe un ecran secundar			
Posibilitate de export a imaginilor ecografice atat in format DICOM, cat si in format compatibil PC (MP4 si PNG)			
Posibilitate de export al datelor prin email			
Posibilitate de export al datelor prin reseaua locala a unitatii sanitare			
<b>FUNCTII</b>			
Revedere in bucla Cine care sa asigure achizitia, stocarea in memorie si afisarea in timp real de imagini 2D sau Color pe o durata de pana la 10 secunde			
Posibilitatea de utilizare a unui soft de telemedicina direct pe dispozitivul smart			
<b>5. MASURATORI SI CUANTIFICARE</b>			
Masurare distante multiple pe aceeasi imagine ecografica			
Masurare elipsa			
Masuratori pentru calculul varstei/cresterii fatului prin 4 parametri			
<b>6. Traductoare</b>			
<b>Traductor convex</b> in banda larga in gama minima de frecvente de la 2 la 5 MHz			



Sa dispuna de minim 125 elemente			
Camp de vizualizare de minim 65 grade			
Greutate traductor: maxim 150 g			
Sa lucreze in modurile de lucru 2D, Doppler Color, modul M si Imagistica a tesutului cu armonici superioare			
Destinat aplicatiilor abdominale, plaman, vezica biliara, obstetrică și ginecologie			
<b>7. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>			
<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate cu Directiva 93/42/EEC			
<b>FUNCTII</b>			
Aparatul este in conformitate cu standardele IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-37 si ANSI/AAMI ES60601-1			
<b>8. Condiții de garanție</b>			
Service in garantie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantie traductor: 5 ani</li> <li>• Garantie Tableta: 1 an</li> </ul>			

## FISA TEHNICA LOT 7: Analizor coagulare

CERINȚE TEHNICE	DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Analizorul poate determina cantitativ PT/INR, Timp Quick, ACT, aPTT, Fibrinogen, TT			
Tehnologia de masurare este optica cu infrarosu prin absorbanta, iar mixarea si uniformizarea probei se realizeaza automat de catre analizor dupa pipetarea probei pe test			
Timpul de protrombina de referinta este configurabil de catre utilizator, iar curbele de calibrare se pot ajuta dintr-un meniu service			
Sistemul este stabil si isi mentine parametrii tehnici normali in cazul unei temperaturi de operare de 10-32°C, umiditate 10-80%			
Sistemul este portabil, cu dimensiuni reduse de 220 x 175 x 130 mm (L x l x h) si greutate de 850 g			
Analizorul dispune de un domeniu de masurare extins pentru PT de 0-90s.			
Analizorul dispune de mixer automat pentru uniformizarea probei dupa pipetare pentru a imbunatati acuratetea rezultatelor			
Volumul maxim de proba este de maxim 20 µl si se analizeaza din sange integral direct din tub cu citrat sau capilar neheparinat, fara nicio alta operatiune aditionala din partea operatorului			
Analizorul portabil, cu baterii reincarcabile Li-Ion si dispune de imprimanta de dimensiuni reduse, cu bluetooth si usb, pentru printarea rezultatelor			
Precizia de masurare a analizorului este mare, avand un coeficient de variatie de maxim 5%			
Interfata cu utilizatorul se realizeaza prin intermediul unui ecran LCD cu touchscreen de minim 4"			
Calibrarea reactivilor se realizeaza automat la introducerea fiecarui test individual, iar acesta contine toate materialele necesare analizei, fara sa necesite conditii speciale de depozitare (4-30°C)			
Capacitatea de memorare este de 300 de rezultate pacienti si 12 rezultate pentru controalele de calitate			
Sistemul poate fi conectat la retea LIS, avand porturi RS232, ethernet si pentru cititorul de coduri de bare, iar transmisia de date se realizeaza si fara fir prin bluetooth si placa de retea wireless integrate in analizor			

Sistemul nu necesita nicio mentenanta din partea operatorului			
<b>CERTIFICARE</b>			
Certificat ISO 9001			
Analizorul si reactivii acestuia sa fie certificati cu EN 13612:2002, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 18113-3:2011, EN 301 489-17 v3.1.1, EN 301 489-1 v2.1.1, EN 62209-2:2010, EN 980:2008, EN ISO 18113-3:2011, EN 62479:2010, EN 61010-1:2010, EN 61326-2-6:2013, EN 61326-1:2013, EN 61010-2-101:2015, EN 62366:2008, EN 300 328 v2.1.1, EN 50566:2013, ISO9001 si sa fie conformi cu Directiva Europeana 98/79/EEC			
<b>GARANTIE</b>			
Analizorul nou, iar toate operatiunile de instalare, instruire si service se realizeaza de catre personalul autorizat al companiei noastre			
<b>SERVICII ASOCIATE INCLUSE</b>			
Transportul pana la sediul beneficiarului			
Instalarea, punerea in functiune si instruirea utilizatorului la sediul beneficiarului de catre personalul autorizat si certificat de catre producator al furnizorului			
Suport tehnic si clinic gratuit 24/7 asigurat de catre personal autorizat si certificat la producator, cu timp de interventie 3 ore de la apel			

## FISA TEHNICA LOT 8: Paturi ATI

CARACTERISTICI TEHNICE			DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Parti/ Componente	Parametrii	Date tehnice			
<b>Structura</b>	Structura din otel	vopsita in camp electrostatic			
	motoare	Minim 4			
	sectiuni din ABS detasabile	4			
	panouri laterale de protectie	4 rabatabile sub nivelul saltelei			
	Tabliile de la cap si picioare	detasabile prin ridicare			
	Elemente de protectie	la colturi			
	Orificii pentru stativul de perfuzie	pentru toate colturile patului			
	Sarcina utila minima	250 Kg			
<b>Reglaje</b>	CPR	- manual pe ambele laterale ale patului - de pe telecomanda asistenta			
	Pozitie scaun cardiac	cu un singur buton			
	Pozitie semi	Fowler			
	Sectiune spate	reglabila electric : min 60°			
	Sectiune picioare	reglabila electric: min 30°			
	Pozitie reverse/Trendelenburg	reglabila electric : 0° - 12°			
<b>Accesorii incluse</b>	Inaltime (fara saltea)	reglabila electric: minim 37- 75 cm			
	Acumulator	Back-up			
	Saltea	din spuma cu grosimea de min 12 cm			
	Telecomanda	pentru personal si pentru pacient			
	Suport perfuzii	cu 4 carlige			
	Roata suplimentara (a cincea)	pentru manevrare mai usoara			
	Tavita suport	pentru lenjerie			
	Extensie pat	(permite extensia patului pana la min 250cm)			
	Roti	duble			
	Suport caseta	X-ray			
	Panouri de comanda	pe Lateralele patului cu indicator luminos pentru pozitia cea mai joasa a patului			

## FISA TEHNICA LOT 9: Aparate ventilatie mecanica de inalta performanta

Nr. Crt.	Cerinte tehnice minimale solicitate	Caracteristici tehnice oferite		
		Da	Nu	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
	<b>Conditii generale</b>			
	- Echipamentul trebuie sa fie nou - Echipamentul să prezinte certificat de conformitate C.E. emis de un organism notificat si/sau Declarație de conformitate CE			
	<b>PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI</b>			
1.	Unitate de baza pe sasiu mobil cu bloc de intrare pentru alimentare cu O2 si aer;			
2.	Senzor de flux reutilizabil			
3.	Aparat de ventilatie actionat pneumatic			
4.	Senzor de oxigen paramagnetic;			
5.	Moduri de ventilatie specifice pacientilor neonatali			
6.	<i>Monitorizare</i> Ecran tip touchscreen de 15" cu ajustare sus jos stanga dreapta			
7.	Posibilitate de finctionare pe baterie minim 60 minute			
8.	Modul monitorizare gaze pentru determinarea RQ si FRC			
9.	Să permită activarea /dezactivarea anumitor teste pentru setarea timpilor respiratorii în funcție de preferințele utilizatorului			
10.	Să permită afișarea buclei volum-presiune bazată pe înregistrarea presiunii cu ajutorul cateterului traheal			
11.	<b>Siguranta:</b> Detectare automată în caz deconectare/conectare a pacientului , în momentul când aparatul este în standby			
12.	Monitorizarea presiunii auxiliare prin intermediu unui cateter (ex: presiune traheala, esofagiana, etc.)			
13.	Presiune auxiliară afisată pe ecran in timp real, continuu.			
14.	Setarea limitelor de alarma pentru presiunea auxiliara			
15.	<b>Accesorii incluse în cadrul livrării.</b>			
	- troliu mobil prevazut cu roti si frane circuite			
	- furtun livrare O2 si NO2, min.3 metri, cu			

	<p>conector tip DIN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suport metalic articulată, ajustabil, pentru susținerea circuitului valvă</li> <li>- expiratorie 2 buc., capcana de apă min.10 buc.</li> <li>- conector auxiliar pentru cateter măsurare presiuni (ex: traheale sau esofagiene) nebulizator electric integrat, capacitate min. 10 ml, prevăzut cu conector tip T și accesorii autoclavabile</li> <li>- filtre adulti HME, min.50 buc.</li> <li>- filtre antimicrobiene, 50 buc.buc</li> <li>- linii de eșantionare gaz necesare funcționării modului de gaze min.20 buc</li> <li>- furtunuri conectare, disponibil, necesar</li> </ul> <p>determinării EELV, VO2, VCO2.- 1buc.</p>			
16.	Posibilitate de upgrade kit senzor de flux			
	<p><b>INSTRUIRE PERSONAL</b></p> <p>Cu ocazia instalării ventilatoarelor mecanice, specialiștii Furnizorului vor face prezentarea echipamentului, a modului de funcționare, etc. personalului medical care va utiliza acest echipament.</p>			
	<p><b>LIVRARE ȘI TRANSPORT</b></p>			
	<p>Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca operațiuni incluse în preț. Furnizorul are obligația de a completa fișa tehnică de echipament la livrare.</p>			
	<p>Documente însoțitoare: manuale de utilizare, softuri, licențe specifice aplicațiilor.</p>			
	<p><b>CONDITII DE GARANTIE</b></p>			
	<p>Durata garanției PRODUSULUI este de minim 24 luni.</p>			
	<p>Instalarea și service-ul în perioada de garanție vor fi asigurate de specialiștii furnizorului.</p>			
	<p>Furnizorul va asigura servicii de post –garanție și piese de schimb pe bază de contract.</p>			

Specificatia tehnica este minimala si obligatorie pentru ofertanti. Caracteristicile tehnice enumerate sunt performantele minimale solicitate, iar neindeplinirea lor atrage excluderea ofertantului din procedura.

Ofertantul va prezenta obligatoriu materialele de prezentare ale producatorului aparatului (pliante, prospecte, manual de utilizare, etc., in original, copie conform cu originalul) unde se regasesc cerintele din specificatia tehnica.

In coloana „**Conformitate**” se vor inscrie obligatoriu pozitiile din materialele de prezentare care fac referire la caracteristica tehnica solicitata, cat si, atunci cand este cazul, explicatiile din care sa rezulte ca procedura/metoda ofertata este echivalenta caracteristicii tehnice solicitate.

## FISA TEHNICA LOT 10: Analizor gaze sanguine

<b>CERINȚE TEHNICE</b>	<b>DA</b>	<b>NU</b>	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Analizorul poate sa determine pH, pO <sub>2</sub> , pCO <sub>2</sub> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Ca ionic, Cl <sup>-</sup> , Mg, Hct, Lac, Glu			
Analizorul poate poate calcula din parametrii masurati urmatoorii analiti: pH(T), pCO <sub>2</sub> (T), pO <sub>2</sub> (T), HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , tCO <sub>2</sub> , BE-b, BE-ecf, SBC, O <sub>2</sub> Ct, O <sub>2</sub> Cap, A, AaDo <sub>2</sub> , a/A, RI, P50, pO <sub>2</sub> /FiO <sub>2</sub> , sO <sub>2</sub> %, Hb, Anion Gap, nCa, nCa/nMg			
Echipamentul permite analiza probelor din sange integral arterial, venos si venos mixt			
Volumul maxim de proba este de 100 μL pentru analiza tuturor parametrilor			
Probele de sange se analizeaza din seringă Li-He, capilar, tub vacutainer, cupita de biochimie prin aspirare automata			
Analizorul este echipat cu sistem de detectie si management cheag si permite analiza probelor din dispozitive de recoltare ce au concentratie incepand cu 20 U.I. Li-He per mL			
Calibrarea si initializarea se efectueaza automat pe toata perioada valabilitatii dupa instalarea kiturilor			
Analizorul permite semnalizarea grafica prin culori diferite in functie de gravitate a rezultatelor care se abat de la intervalul de normalitate			
Analizorul permite inlocuirea senzorilor cu care se masoara analitii in mod independent de cartuse			
Tehnologia de fabricare sa permita controlul de calitate manual, dar si automat			
Echipamentul de sistem de monitorizare continua a nivelului, a nr. de teste si a stabilitatii/valabilitatii loturilor in timp real			
Incarcarea datelor specifice ale cartuselor (lot, data expirare lot, nr. de teste, valabilitate, nivel) se face automat la instalare prin sistem RFID pentru evitarea erorilor de operare			



Timpul de obtinere al rezultatelor este de max 60 sec			
Viteza de lucru - min 40 probe/h			
Sistem cu tehnologie "fara mentenanta", fara a fi necesare operatiunile de deproteinizare, conditionare sau alte interventii la cartuse			
Sa dispuna de un recipient de acumulare reziduuri biologice usor de schimbat, sigilat si inviolabil pentru a se evita contaminarea cu reactivii sau cu materialul biologic			
Valabilitatea reactivilor este de minim 34 de zile de la instalare, iar senzorii se pot inlocui periodic si independent de cartuse pentru a se asigura precizia rezultatelor clinice			
Cartusele analizorului nu necesita conditii speciale de depozitare pana in momentul instalarii, putand fi depozitate si la temperatura camerei, fara a influenta performanta analizorului la instalare.			
Sistemul permite montarea/demontarea consumabilelor pentru a se evita invalidarea acestora si sa nu se piarda testele la demontarea accidentala, pene de curent, interventii service			
Sistemul permite contorizarea continua a numarului de teste ramase pana la dezactivarea partiala sau totala a parametrilor prin sistem inteligent de management.			
<b>CERTIFICARE</b>			
Certificat ISO 9001			
Analizorul si reactivii acestuia sunt certificati cu EN ISO 13485:2012, ISO13485:2003, EN 61010-1/A2:2001, EN 61010-2-081:2003, EN 61010-2:101:2002			
<b>GARANTIE</b>			
Analizorul este nou, cu garantie de 5 ani, iar toate operatiunile de instalare, instruire si service se realizeaza de catre personalul autorizat al companiei noastre			
<b>SERVICII ASOCIATE INCLUSE</b>			
Transportul pana la sediul beneficiarului			
Instalarea, punerea in functiune si instruirea utilizatorului la sediul beneficiarului de catre personalul autorizat si certificat de catre producator al furnizorului			
Suport tehnic si clinic gratuit 24/7 asigurat de catre personal autorizat si certificat la producator, cu timp de interventie 3 ore de la apel			

## FISA TEHNICA LOT 11: Monitoare fetale

CERINȚE TEHNICE	DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Afișează doar numere. LED-ul mare, luminos - vizibil de la distanță			
Diverse selecții de hârtie: hârtii obișnuite de pe piață (30-240bpm / 50-210bpm)			
Salvare date USB: Datele de tendințe FHR și UC pot fi exportate pe stickul de memorie USB și pot fi gestionate de către software-ul de monitorizare central			
Software de monitorizare central: Funcționează pe software-ul împreună cu alte monitoare prin cablu sau wireless.			
Sonda DOP Dual			
Interval FHR (BPM):30_240/20_210			
Offset DOP2 (20BPM)			
Detectare automată FM			
Imprimare grafică FM			
Indicator de calitate a semnalului DOP			
Sonda UC			
Gama UC: 0-99			
Sonda impermeabilă (IPX8)			
Tip afișaj: LED			
Montare pe perete			
Nivel sunet alarma- 2 nivele			
Sunet alarma: Tahicardie, Bradicardie			
Sunet informativ: Deconectare sondă, ușa imprimantei deschisă, fără hârtie, baterie scăzută			
Viteza de printare: 1,2,3 cm/minute, 10cm/min			
Hârtie termică (pliere Z): 150mm (W) x 13.5m (L)			
Auto printare:10,20,30,40,50,60minute			

## FISA TEHNICA LOT 12: Masute mobile pentru aparate

CARACTERISTICI TEHNICE			DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Parti/ Componente	Parametrii	Date tehnice			
	<b>Structura</b>	<b>metalica</b>			
	Roti	Minim 2			
	Polițe	Minim 2, din material lavabil			

## FISA TEHNICA LOT 13: Sistem de sterilizare automat, mobil

CARACTERISTICI TEHNICE			DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Parti/Componente	Parametrii	Date tehnice			
<b>Sistem de dezinfectie</b>	Robotic	- acțiune intensă împotriva germicidelor de la 200-315nm - minim 4300x mai multă intensitate de ucidere a germeilor patogeni UV decât vaporii de mercur UV-C *			
<b>Tipul dispozitivului</b>	Xenon bulb, nontoxic	Spargerea unei Lampi nu necesita curatarea de mercur. Un dispozitiv Nontoxic nu necesita sigilarea usilor, ferestrelor si gurilor de ventilatie.			
<b>Lungimea de unda (Spectru)</b>	Tot spectrul	(200-315 nm)			
	Lampile cu xenon	4 mecanisme de distrugere			
	Intensitatea Mare	intregul spectru UVC, are o intensitate mult mai mare decat a lămpilor cu Mercur.			
<b>Dezinfectie</b>	Timpul necesar	Maxim 20 minute Disponibilitatea mai rapida si mai sigura a unei camere, numar de camere mai mare dezinfectate			
<b>Tehnologie</b>	Lumina Xenon pulsata	Gaz nobil prietenos cu mediul, pentru a crea lumina ultravioleta (UV) cu intensitate ridicata, care poate distruge bacteriile infectioase și virusii in maxim cinci minute			
		gama larga de germicide UV (200-315 nm) care include UV-B (280 315nm) i UV-C (200-280nm)			
<b>Eficacitate clinica</b>	Agenti patogeni distruși	Clostridium difficile (C.diff), norovirus, Enterobacteriaceae rezistente la carbapenem (CRE), Staphylococcus aureus rezistent la metilina (MRSA), gripa, virusul Ebola			

Reducerea	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu minim 70 % a ratelor UTI</li> <li>• Cu minim 100% ratelor de infecție a pielii</li> <li>• Cu minim 50 % readmisia de la personalul medical</li> <li>• Cu minim 45 % reducerea in clasa I SSIs</li> <li>• Cu minim 85% a ratelor de infecție ICU VRE</li> <li>• combinate cu VRE +MRSA+C</li> <li>• Cu minim 25% diferite infecții</li> <li>• Cu minim 55 % in C si diferite rate de infecție</li> </ul>			
Eficacitate	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Microorganisme <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acinetobacter baumannii</li> <li>- Aspergillus niger (blac mold)</li> <li>- Bacillus cereus spores</li> <li>- Bacillus pumils spores</li> <li>- Bacillus subtilis spores</li> <li>- Candida albicans</li> </ul> </li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clostridium difficile "C. diff" spores "NAP 1" <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE)</li> <li>- Escherichia i I coli (KREC)</li> <li>- Infectious bursal disease virul (IBDV)</li> <li>- Klebsiella oxytoca</li> <li>- Klebsiella pneumoniae</li> <li>- Middle East Repratory Syndrome- Coronavirus (MERS-CoV)</li> </ul> </li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS2 bacetiophage virus</li> <li>- Mycobacterium fortuitum</li> <li>- Mycobacterium tuberculosis</li> <li>- Feline calicivirus (norovirus surrogate)</li> <li>- Pseudomonas aeruginosa</li> <li>- Proteus mirabilis</li> <li>- Proteus morganii</li> <li>- Proteus vulgaris</li> <li>-</li> </ul> </li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staphylococcus aureus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staphylococcus epidermidis</li> </ul> </li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vancomycin-resistant enterococci (VRE) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaccinia virus</li> <li>- Vesicular stomatitis virus (VSV)</li> </ul> </li> </ul>			

<b>Mod de folosire</b>	Rolul robotului	Se folosește după o sesiune standard de curățenie adaugandu-se ca o etapa finala pentru dezinfectarea suprafețelor cu ajutorul lumini pulsate cu xenon, un gaz inert, la intensitate ridicată. Lumina pulsate distruge celulele bacteriilor, virușilor și ciupercilor care cauzează Infecții asociate spitalelor (HAI). Se foloseste la dezinfectarea acelor suprafețe care sunt atinse de cele mai multe ori de pacienți. Scopul fiind ca prin dezinfectarea acestor suprafețe se protejează următorul pacient de orice contaminare.			
	Generarea de rapoarte	personalizate			
	Capturarea datelor	pentru fiecare ciclu de dezinfecție, poate specifica tipul de date capturate, de exemplu data, ora, durata ciclului, finalizarea cu succes a ciclului etc.			

**FISA TEHNICA LOT 14: Statie apa autonoma pentru aparat de dializa - ministație de osmoză inversă pentru aparatele de hemodializă**

CERINȚE TEHNICE	DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
<b>Generalități</b>			
Dimensiuni (WxHxD) - 480x360x170 mm			
Greutate: 30 kg			
Emolient: nu este necesar pana la 25° dH/15			
Linia de buclă către unitatea de dializă			
Siguranta microbiologică			
Curățarea chimică automată			
Controlată cu microprocesor			
Evacuare stand-by complet automată			
Funcționare cu apă dură până la 25° dH			
Interfață utilizator cu 2 butoane			
Recoltare probe standardizată			
Prefiltru			
Monitorizarea scurgerilor pentru alimentarea cu apă brută			
<b>Date funcționare</b>			
Capacitate permeat la 10°C:50 l/h/ 70 Uh			
Consum: 300W			
Presiune de admisie minima:1.5 bar dinamic la 50l/h/300Uh			
Presiune de admisie maxima: 5 bar			
<b>Conexiuni electrice</b>			
Tensiune principală 230 V/150 Hz / 115 V / 60 Hz			
Tip de protecție împotriva șocurilor electrice: clasa de protecție 1			
Grad de protecție împotriva șocurilor electrice: Tip B			
Grad împotriva penetrării lichidului: Protecție împotriva stropirii cu apă IPX4			

## FISA TEHNICA LOT 15: Statie centrala de monitorizare functii vitale cu 24 monitoare

CERINȚE TEHNICE	DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
<b>MONITOR</b>			
<b>CARACTERISTICI PRODUS</b>			
Display LCD color 15", touch screen, slim			
Conector UniPort (x2) universal pentru modulele suplimentare cu detectie automata a tipului de modul			
Afisare simultana si în timp real a minim 12 forme de unda			
Alarmer atat auditive cat si vizuale pentru toti parametrii monitorizati			
Minim 4 setari diferite pentru gradul de risc al alarmei			
Inregistrare trenduri pentru toti parametrii pana la 720 de ore			
Posibilitatea de înregistrare a parametrilor monitorizati pe o memorie externa			
Conexiune HDMI pentru conectarea unui monitor suplimentar			
<b>SPECIFICATII GENERALE</b>			
Display: Ecran color, 15" slim, control prin touch screen			
Rezolutie: 1376x768 px			
Monitorizare: ECG 12 derivații, HR, SpO2(Masimo), NIBP, Ritm respiratie, Temperatura (2 canale)			
Afisare parametri: pana la 12 forme de unda simultan			
Legatura cu UCS 1000: statie centrala de monitorizare			
Baterie reincarcabila: internă (autonomie de pana la 3 ore)			
Interfata: WIFI, Slot card SD, USB			
Alimentare directa: 110-240V, 50/60 Hz (±10%)			
Greutate: 5 kg			
Dimensiuni: 370x350x50 mm			
<b>STOCARE EVENIMENTE</b>			
Memorie: Trend/grafic: ultimele 72 ore			
Istoric alarme 1000 evenimente			
Istoric NIBP / IBP: 2000 grupuri			
Istoric de afisare a curbelor: 24 ore			
<b>ECG</b>			
Canale: I, II, III, RA, LA, LL, RL, V, aVR, aVL, aVF, V			
Viteza de derulara: 12,5, 25 si 50 mm/s			
Sensibilitate: 5, 10, 20 mm/mV			
Proteciile: defibrilator			
Detectare: stimulator cardiac			
<b>RITM CARDIAC</b>			



Valori: 15-350 BPM			
Rezolutie: 1 BPM Precizie: $\pm 1$ BPM			
Recunoastere: complex QRS			
Detectie: segment ST			
<b>SP02</b>			
Valori: 0-100%			
Rezolutie: 1%			
Precizie; $\pm 2\%$ (70-100%): $\pm 3\%$ (40-70%)			
Precizie: $\pm 1$ BPM			
Sonde: adulti, neonatal			
<b>NIBP</b>			
Metoda: oscilometrica			
Adult SYS; 20-300mmHg; DIA: 10-240mmHg; MEAN: 10-270mmHg			
Pediatric; SYS: 15-230mmHg; DIA: 10-220mmHg; MEAN: 10-220mmHg			
Neonatal: SYS: 10-150mmHg; DIA: 10-120mmHg; MEAN: 10-120mmHg			
Moduri: manual. automat, STAT			
Manseta: adult, pediatric, neonatal			
Puls: 30-240 BPM			
Moduri de masurare: Manual: Auto - de la 1 la 480 de minute: STAT - 5 minute; Punctie venoasa:			
<b>RITM RESPIRATIE</b>			
Metoda: impedanta			
Valori: 0-150 BPM			
Precizie; $\pm 1$ BPM			
Viteza de afisare a curbelor: 6.25 ; 12; 25mm/sec.			
Apnee: da, selectare de catre utilizator			
<b>TEMPERATURA</b>			
Numar de canale: 1 sau 2			
Valori : 0-50°C			
Rezolutie: 0.1°C			
Precizie : $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (34-44°C)			
Sonde; YSI 400 (piele, rectal)			
<b><u>STATIE CENTRALĂ DE MONITORIZARE</u></b>			
<b>CARACTERISTICI PRODUS</b>			
<p>Caracteristici generale:</p> <p>Unitatea centrala ofera afisarea impreuna a datelor curente primite de la monitoarele de pacient ce sunt pozitionate in sala deoperatii si unitatile de terapie intensive, si monitorizarea centralizata adatelelor functiilor vitale si a tuturor pacientilor monitorizati.</p> <p>Statia centrala afiseaza graficul curent si datele numerice de la monitoarele de langa patul bolnavului, stare alarma a tuturor parametrilor monilorzali, permite pastrarea cardului electronic al pacientului pentru intreaga perioada de monilorzare, avand acces la inregistrari, totoclata ofera instrumente pentru procesarea aritmiilor, anormalitatilor de conducere si variabilitatii ritm cardiac.</p> <p>Utilizarea retelelor Ethernet si WiFi de comunicare a datelor permite crearea uneiconfiguratii eficiente a retelei de dalea monitorulul ce îndeplineste cerintele oricarei clinici. Reteaua de monitorizare centralizata cu canale de transfer date (cu cablu si fara), stabileste sistemul de monitorizare a pacientului pe un nou sistem de calitate, intrucat intre sala de operatii,</p>			

terapie intensive si pe durata transportului pacientului se regaseste in comun spatiul de monitorizare.

Unitatea poate fi integrata in retelele de date ale spitalelor si poate face schimb de date cu monitoarele de la patul pacientului prin canale comune ale retelei locale. O astfel de structura ofera adaugarea de date ale monitorizarilor curente ale pacienților la Healthcare Information System (HIS) (Sistemul de date de Sanatate). De asemenea, ofera acces la aceste baze de date de la stalia centrala.

## FISA TEHNICA LOT 16: Aparate EKG portabile

CERINȚE TEHNICE	DA	NU	Conformitate (trimitere la pag. din documentația tehnică prezentată pentru susținerea îndeplinirii cerinței)
Ecran color cu rezoluție 320 x 240 LCD de 8 inch			
Mod de achiziție a datelor: 12 unde simultan			
Imprimare termică pe 12 canale, hartie 210 mm x 30 m			
Mod de înregistrare: auto, manual, ritm, analiza R – R			
Software pentru analiză, interpretare și diagnostic			
Interfață USB pentru transmisia/ înregistrările pacienților			
Acumulator Li-ion cu o durată de până la 100 măsurători			
Mod de funcționare (Sleep/Wake Up) pentru economisirea energiei			
Înregistrare și vizualizare a ultimelor 120 secunde de unde			
Detectare și înregistrare automată a aritmiei, filtru digital			
Analiza variabilității ritmului cardiac (HRV)			
Stocare internă până la 200 de înregistrări EKG digitale			
Optional - Software Smart ECG Viewer pentru managementul și măsurarea datelor pe calculator			

Specificatia tehnica este minimala si obligatorie pentru ofertanti. Caracteristicile tehnice enumerate sunt performantele minimale solicitate, iar neindeplinirea lor atrage excluderea ofertantului din procedura.

Ofertantul va prezenta obligatoriu materialele de prezentare ale producatorului aparatului (pliante, prospecte, manual de utilizare, etc., in original, copie conform cu originalul) unde se regasesc cerintele din specificatia tehnica.

In coloana „Conformitate” se vor inscrie obligatoriu pozitile din materialele de prezentare care fac referire la caracteristica tehnica solicitata, cat si, atunci cand este cazul, explicatiile din care sa rezulte ca procedura/metoda ofertata este echivalenta caracteristicii tehnice solicitate.

Perioada de garantie incepe din momentul receptiei.

**NOTA!**

In Documentatia de atribuire orice referire la origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, norme, standarde, certificari etc., vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.

**Intocmit,**

**Biroul Achiziții Publice Directia**  
**ec. Tiuca Lucian Costin**  
**ec. Florin Ciprian Radulescu**

**Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabilă, Turism**  
**ec. Mina Alina Burtea**  
**ing. Alexandra Magdalena Vasile**  
**j. Mariana Octaviana Draghia**  
**ec. Bogdan Cristian Burducea**  
**ing. Amalia Livia Visan**

# Declarație pe propria răspundere

## Partea I: Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă

### Identitatea achizitorului

**Denumire oficială:**

CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

**Țară:**

România

### Informații privind procedura de achiziții publice

**Tipul procedurii**

Negociere fara publicare prealabila in conformitate cu art.104, alin.(1), lit.c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

**Denumire:**

“Lucrări pentru restaurarea și conservarea ruinelor capului de pod al lui Traian de la Drobeta Turnu Severin”.

**Scurtă descriere:**

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze: “Lucrări pentru restaurarea și conservarea ruinelor capului de pod al lui Traian de la Drobeta Turnu Severin”.

Lucrarile cuprind:

- Documentatia ante-executie;
- Documentatia grafica si fotografica preliminara;
- Tratament de biocidare preventiv, inainte de inceperea operatiunilor de restaurare;
- Operatiuni de conservare-restaurare
- Pila Portal – PP
- Pila culee – PC
- Pila - B1

Lucrarile sunt descrise pe larg in caietul de sarcini.

## Partea II: Informații referitoare la operatorul economic

### A: Informații privind operatorul economic

**Denumire:**

-

**Strada și numărul:**

-

**Cod poștal:**

-

**Oraș:**

-  
**Țară:**

România

**Adresa de internet: (adresa web) (dacă este cazul):**

-

**E-mail:**

-

**Telefon:**

-

**Persoana sau persoanele de contact:**

-

**Numărul TVA (dacă este cazul):**

-

**Dacă nu se aplică niciun număr TVA, vă rugăm să indicați un alt număr național de identificare, dacă acest lucru este impus și aplicabil**

-

**Operatorul economic este o microîntreprindere, o întreprindere mică sau o întreprindere mijlocie?**

Da

Nu

**Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit?**

Da

Nu

**Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:**

-

---

**Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?**

Da

Nu

**Dacă DA, vă rugăm să precizați:**

---

## **B: Informații privind reprezentanții operatorului economic #1**

- Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:

**Prenume**

-

**Nume**

-

**Data nașterii**

-

**Locul nașterii**

-

**Strada și numărul:**

-

**Cod poștal:**

-

**Oraș:**

-

**Țară:**

---

**E-mail:**

-

**Telefon:**

-

**Funcție/acționând în calitate de:**

-

**Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acestora...):**

-

## **C: Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează**

**Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?**

Da

Nu

**Daca DA, vă rugăm să precizați:**

-

### **Partea III: Motive de excludere**

#### **A: Motive referitoare la condamnările penale**

**Articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de excludere**

##### **Participare la o organizație criminală**

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani

în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum este definită la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

##### **Corupție**

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?



Astfel cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, JO C 195, 25.6.1997, p. 1, și la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).

Acest motiv de excludere se referă, de asemenea, la corupție, astfel cum este definită în dreptul național al autorității contractante (entității contractante) sau al operatorului economic.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

### **Fraude**

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?

În sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, p. 48).

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

**Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste** Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  
Astfel cum  
sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind

combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest motiv de excludere include, de asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o infracțiune, în sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

### **Spălare de bani sau finanțarea terorismului**

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

**Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane** Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1). Vă rugăm să repetați de câte ori este

necesar.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

## **B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale**

**Articolul 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de excludere**

### **Plata impozitelor**

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor, atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al autorității contractante sau al entității contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

### **Plata asigurărilor sociale**

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale, atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al autorității contractante sau al entității contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

## **C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale**

**Articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de excludere**

### **Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu**

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației mediului? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

### **Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale**

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației sociale? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

### **Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii**

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației muncii? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

### **Falimentul**

Operatorul economic este în stare de faliment?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

### **Insolvență**

Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

### **Concordat preventiv**

Operatorul economic este în concordat preventiv?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

**Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul** Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

### **Active administrate de lichidator**

Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o

instanță?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

### **Activitățile economice sunt suspendate**

Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

### **Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței**

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

### **Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave**

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă? Dacă este cazul, a se vedea definițiile din legislația națională, din anunțul relevant sau din documentele achiziției

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

### **Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice**

Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care

decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

**Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice**

Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

**Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile** Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost reziliat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

**Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură**

Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare:

- a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție,
- b) a ascuns astfel de informații,
- c) nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și
- d) a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i- ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

**Partea IV: Criteriile de selecție**

## **A: Capacitatea de a corespunde cerințelor**

**Articolul 58 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive de selecție**

### **Înscrierea în registrul comerțului**

Este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE; operatorii economici din anumite state membre pot avea obligația de a respecta alte cerințe stabilite în anexa respectivă.

Răspunsul dumneavoastră?

Da

Nu

---

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională a unui stat membru UE?

Da

Nu

---

### **Proporția de subcontractare**

Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract.

**Vă rugăm să precizați**

-

---

## **Partea V: Declarațiile finale**

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II – IV de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

a) Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, cu condiția ca operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare [adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației] care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru. Dacă este cazul, aceste informații trebuie să fie însoțite de consimțământul relevant în vederea accesării acestorasau

b) La 18 octombrie 2018 cel mai târziu, [în funcție de aplicarea la nivel intern a articolului 59 alineatul (5) paragraful al doilea din Directiva 2014/24/ UE], autoritatea contractantă sau entitatea contractantă posedă deja documentația în



cauză.

Operatorul economic acordă în mod formal autorității sau entității contractante, astfel cum este stabilit în Partea I, accesul la documentele justificative privind informațiile care au fost furnizate în Partea III și Partea IV din prezentul document european de achiziție unic în cadrul procedurii de achiziții stabilite în Partea I.

Data, locul și, dacă se solicită sau dacă este (sunt) necesară (necesare), semnătura (semnăturile):

**Data**

-

**Locul**

-

**Semnătura**

## **FORMULARE**

### **CUPRINS**

**Formular nr. 1 - Acord de asociere**

**Formular nr. 2 - Acord de subcontractare**

**Formular nr. 3 – Formular de oferta financiara**

**Formular nr. 4 – Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă**

**Formular nr. 5 - Declaratie privind evitarea conflictului de interese**

**Formular nr. 6 - Declaratie privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidențial**

**Formular nr. 7 – Declaratie referitoare la perioada de garantie acordată produselor**

Acord de asociere

Nr.....din.....

**1. PĂRȚILE ACORDULUI**

**Art. 1** Presentul acord se încheie între :

S.C....., cu sediul în .....str.  
..... nr....., telefon ..... fax .....înmatriculata  
la Registrul Comerțului din ..... sub nr.....,cod de  
identificare fiscală....., cont .....deschis  
la..... reprezentată de  
.....având funcția de..... . în calitate de  
asociat -LIDER DE ASOCIERE

și

S.C....., cu sediul în .....str. ....  
Nr....., telefon ..... fax .....înmatriculata la Registrul  
Comerțului din ..... sub nr.....,cod de identificare  
fiscală....., cont .....deschis  
la..... reprezentată de .....având  
funcția de..... . în calitate de ASOCIAT

**2, OBIECTUL ACORDULUI**

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

- a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de .....  
.....(*denumire autoritate contractantă*) pentru atribuirea contractului  
/acordului cadru .....(*obiectul contractului / acordului-  
cadru*)
- b) derularea în comun a contractului de achiziție publică *în cazul desemnării ofertei comune  
ca fiind câștigătoare.*

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- ... \_\_\_\_\_

2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

- 1. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_

### **3. DURATA ACORDULUI**

#### **3.1**

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (*în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție*)

### **4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII**

4.1 Se împuternicește SC....., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuternicește SC....., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, *în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție.*

### **5. RĂSPUNDERE**

5.1 Părțile vor răspunde solidar și individual în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate obligațiile și responsabilitățile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

### **4. ALTE CLAUZE**

6.1 Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natura tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

6.2 Nici una dintre Partii nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Partii cât și a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenii și condițiile de livrare a produselor, cu prevederile contractului ce se va încheia între ..... (liderul de asociere) și Beneficiar.

### **5. SEDIUL ASOCIERII**

7.1 Sediul asocierii va fi în .....(adresa completă, nr. de tel, nr. de fax).

## **8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE**

8.1 Asocierea încetează prin :

- a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
- b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere;
- c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți;
- d) alte cazuri prevăzute de lege ;

## **9. COMUNICĂRI**

9.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele ....., prevăzute la art.....

9.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

## **10. Litigii**

10.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ..... în ..... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT

*semnătura*

ASOCIAT 1

*semnătura*

**NOTA:** *Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze*

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr...../.....

Art.1 Părțile acordului :

\_\_\_\_\_, reprezentată prin....., în calitate de contractor  
(denumire operator economic, sediu, telefon)

și

\_\_\_\_\_ reprezentată prin....., în calitate de  
subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câștigătoare la procedura de achiziție publică organizată de \_\_\_\_\_ să desfășoare următoarele activități ce se vor subcontracta\_\_\_\_\_.

Art.3. Valoarea estimată a livrarilor ce se vor executa de subcontractantul \_\_\_\_\_ este de \_\_\_\_\_ lei, reprezentand \_\_\_\_\_ % din valoarea totală a lucrarilor oferite.

Art.4. Durata de furnizare a \_\_\_\_\_ (echipamentelor) este de \_\_\_\_\_ luni.

Art. 5. Alte dispoziții:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele \_\_\_\_\_, prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează față de contractant cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul le are față de investitor conform contractului \_\_\_\_\_(denumire contract)

Art.9. Neînțelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

\_\_\_\_\_  
(contractant)

\_\_\_\_\_  
(subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleași condiții în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

*Operator economic*

.....  
(denumirea/numele)

## **OFERTĂ**

Către .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnata, reprezentanti ai Ofertantului .....  
[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul \_\_\_\_\_ [introduceți denumirea contractului] să furnizăm echipamentele specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, după cum reiese din propunerea noastră financiară.

Prin propunerea noastră financiară, pentru furnizarea echipamentelor medicale descrise în documentația tehnică, oferim un preț total de \_\_\_\_\_ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătită după recepția echipamentelor, la care se adaugă TVA în valoare de \_\_\_\_\_ [introduceți suma în cifre și litere și moneda].

2. Subsemnatul/subsemnata declarăm că:

a. Am examinat conținutul documentației de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de \_\_\_\_\_ [introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de \_\_\_\_\_ [ziua/luna/anul] și oferta va rămâne obligatorie pentru noi și că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestor proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data:.....

.....,

*(nume, prenume și semnătură),*

*L.S.*

în calitate de ..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
..... (denumirea/numele operatorului economic)

*Operator economic*

---

*(denumirea/numele)*



Anexă la formularul de ofertă

.....  
(denumirea/numele ofertant)

## CENTRALIZATOR DE PRETURI UNITARE

pentru furnizare produse

(se va completa pentru fiecare lot în parte)

Nr. si Denumire Lot.....							
Nr crt	Denumirea produsului	Pret unitar la destinatia finala, fara TVA	Cantitate contract	UM	Valoarea contract fara TVA (2 x 3)	Cota TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
Valoarea totala a lotului, fara TVA							

Data:.....

.....,  
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de ..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
..... (denumirea/numele operatorului economic)

*Operator economic*

.....  
(denumirea/numele)

**OFERTANT/ SUBCONTRACTANT**

*(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)*

**Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii  
din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca**

**Subsemnatul(a)** (nume/ prenume), domiciliat(a) în ..... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ....., nr. ...., eliberat de....., la data de ....., CNP ....., **în calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului** ..... (*în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri*) la procedura de negociere fara publicare prealabilă pentru atribuirea contractului ..... organizată de ....., declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate și sanatate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în executarea lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul în Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*".

Data \_\_\_\_\_

**Reprezentant imputernicit al Ofertantului/  
Subcontractantului**

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toata Asocierea;  
si denumirea reprezentantului  
imputernicit)  
\_\_\_\_\_ (semnatura si  
stampila)

*Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.*

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

## DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la **art. 59 și art.,60**

din **Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnatul(a) ..... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurrent/tertul sustinător, la procedura de..... (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ..... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de ..... (zi/lună/an), organizată de ..... (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că nu ma aflu în conflict de interese cu autoritatea contractanta -----

### **Legea 98/2016 privind achizițiile publice**

#### **Reguli de evitare a conflictului de interese**

“ART. 59

*În sensul prezentei legi, **prin conflict de interese se înțelege** orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.*

ART. 60

*(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:*

*a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;*

*b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu*

*persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;*

*c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;*

*d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;*

*e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.*

*(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”*

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

OFERTANT

.....

(semnătură autorizată)

L.S.

**OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT**

*(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)*

**DECLARAȚIE**

**privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA / FINANCIARA care au caracter confidential**

**Titlul Contractului:**

**Subsemnatul(a)** (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ....., nr. ...., eliberat de....., la data de ....., CNP ....., **in calitate de reprezentant legal al operatorului economic** ..... (denumire), avand calitatea de **ofertant unic/ ofertant asociat**, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica/ propunerea financiara:

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

**1.** obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „*Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.*

**2.** Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „*Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.*”

**3.** Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "*Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.*"

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "*Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, precum și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală*".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "*La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.*"

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "*În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți.*"

De asemenea, în virtutea art. 123 alin (1) din HG 395/2016, precizăm ca motivele pentru care partile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

---

---

---

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

**Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/**

(denumirea operatorului economic și a  
reprezentantului legal)

\_\_\_\_\_ (semnatura și  
stampila)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

**DECLARAȚIE REFERITOARE LA PERIOADA DE GARANTIE ACORDATĂ  
PRODUSELOR**

Titlul contractului: ..... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ....., nr. ...., eliberat de....., la data de ....., CNP ....., in calitate de reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului ..... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ....., lot.....organizata de .....,  
Mentionez ca asiguram o perioada de garantie a produselor furnizate este de ..... zile./..... luni /...../ ani, socotita de la data receptiei și punerii în funcțiune, conform legii.  
În perioada de garanție, vom asigura pe cheltuiala societății piese de schimb noi, de origine, certificate/omologate și agreeate de producator și manopera aferentă înlocuirii acestora, indiferent de numărul de ore de utilizare/funcționare/alți parametrii tehnici.  
Vom asigura Service-ul gratuit prin personal autorizat și instruit în acest scop de către firma producatoare, la sediul beneficiarului în perioada de garanție, conform documentației de atribuire.

Data .....

*Operator economic,*

.....

*(semnatura autorizata si stampila)*

# CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE DE APARATURA MEDICALA

Incheiat astazi: \_\_\_\_\_ .2020

## **I. PARTILE CONTRACTANTE**

**UAT Județul Mehedinți**, cu sediul în Drobeta Turnu severin, Str. Traian, nr. 89, telefon/fax: 0372/521102/0372/521112, CF 4337344, cont RO77TREZ46124840220XXXXX, deschis la Trezoreria Drobeta Turnu Severin, prin reprezentant legal av. Georgescu Aladin Gigi, în calitate de **cumparator** si

S.C. \_\_\_\_\_ S.R.L. avand sediul social in \_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_ avand nr.org. Reg. \_\_\_\_\_, contul curent nr. \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_ si CUI \_\_\_\_\_ ,prin reprezentant legal \_\_\_\_\_ in calitate de vanzator, am convenit incheierea prezentului contract de vanzare cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:

## **II. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Art.1 – Vanzatorul se obliga sa vanda si cumparatorul se obliga sa cumpere bunurile in sortimentele, cantitatile, preturile si valorile mai jos convenite:

Denumire bunuri	UM	Cant	Pret unitar fara TVA	Pret total fara TVA	Pret total fara T.V.A.	Pret total cu T.V.A.

## **III. OBLIGATIILE PARTILOR**

**Art.2** – Livrarea, punerea in functiune si instruirea pentru utilizarea bunurilor stipulate in articolul 1 se face in termenul stabilit prin caietul de sarcini, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, bd. Mihai Viteazu nr. 6D.

### **Art. 3 Receptia bunurilor**

3.1 – Receptia bunurilor se va face de catre CUMPARATOR, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, bd. Mihai Viteazu nr. 6D, ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie semnat de parti.

3.2 – In cazul bunurilor deteriorate, deficientele cantitative sau calitative, constatate la data receptiei, VANZATORUL va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative. Dupa preluarea bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, CUMPARATORUL are la dispozitie 3 zile de la data livrarii pentru a instiinta in scris VANZATORUL si de a solicita inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative. Termenul de 3 zile este termen de caducitate.



**Art.4** – Vanzatorul nu raspunde pentru neexecutarea contractului pentru motive care nu ii sunt imputabile, cum ar fi: deficiente si/sau intarzieri aparute in procesul tehnologic de asamblare realizat de producator, livrare de catre producator, proces de vanuire etc., eveniment notificat in termen de 5 zile de la aparitie, telefonic, prin fax, e-mail etc.

**Art.5** – CUMPARATORUL se obliga:

- a. sa execute intocmai si la timp obligatiile contractuale asumate,
- b. sa utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile date de furnizor (VANZATOR), acesta neraspunzand de defectiunile intervenite ca urmare a nerespectarii acestor indicatii.

#### **IV. GARANTII**

**Art.6** – Garantia marfurilor este asigurata de S.C. \_\_\_\_\_ S.R.L. conform certificatului de garantie, pe o perioada de \_\_\_\_ ani calculata de la data livrarii si semnarii procesului verbal de receptie.

- a. Pe perioada garantiei service-ul este asigurat in mod gratuit in 48 de ore la sediul firmei SC \_\_\_\_\_ SRL sau in maxim 5 zile de la anuntarea defectiunii la sediul CUMPARATORULUI.
- b. Garantia isi pierde valabilitatea in cazul in care CUMPARATORUL sau o terta persoana intervine asupra aparatelor sau exploateaza aparatele in alte conditii decat cele mentionate in instructiunile de instalare si utilizare.
- c. Garantia este valabila numai in cazul in care CUMPARATORUL respecta conditiile de plata, conform prezentului contract.
- d. SC \_\_\_\_\_ SRL nu-si asuma garantia in cazul in care CUMPARATORUL a incalcat prevederile art.5 lit.b.
- e. SC \_\_\_\_\_ asigura service in postgarantie contra cost la cerere sau pe baza unui contract de service.

**Art.7** – VANZATORUL garanteaza CUMPARATORUL contra evictiunii bunurilor vandute.

**Art.8** – Bunurile stipulate la capitolul II/Art.1 sunt proprietatea VANZATORULUI pana la plata integrala a acestora. In cazul depasirii cu 30 de zile a termenului(lor) stabilite pentru plata, (integral sau rate) stabilit la capitolul V./Art.10, VANZATORUL isi rezerva dreptul de a ridica marfa neplatita de la CUMPARATOR si sa impuna plata de daune-interese de 20% din valoarea contractului. Aparatele vor fi returnate numai la plata integrala a acestora. CUMPARATORUL se face responsabil de integritatea si functionalitatea aparatelor. In cazul deteriorarii acestora in timpul cat se afla la cumparator, acesta este obligat sa plateasca restanta, impreuna cu daunele interese.

#### **V. PRETUL, VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATI DE PLATA, SANCTIUNI**

**Art.9** – CUMPARATORUL se obliga sa achite contravaloarea bunurilor stipulate la art.1 din contract.

**Art.10** – Valoarea totala a bunurilor vandute este de \_\_\_\_\_+ T.V.A.

**Art. 11** Plata:

Art.11.1 Plata produselor furnizate se va efectua prin ordin de plată, după semnarea procesului verbal de receptie produselor furnizate, în termen de maxim 30 zile lucratoare.

11.2 Factura fiscală va fi emisă de către furnizor după semnarea procesului verbal de receptie.

## **VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

**Art.12** – Rezilierea contractului este posibila în urmatoarele conditii:

- nerespectarea art.9 si art.10 din contract, la solicitarea VANZATORULUI
- nerespectarea termenului aratat la art. 2 din prezentul contract, coroborat cu art. 4, daca VANZATORUL nu notifica CUMPARATORUL despre evenimentul neprevazut, la solicitarea CUMPARATORULUI

Partea pagubita prin rezilierea contractului, va putea solicita de la partea adversa, daune interese pentru pagubele suferite.

**Art.13** – In cazul indeplinirii cu intarziere sau a neindeplinirii obligatiilor asumate, pentru neexecutare totala sau partiala a contractului, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese atat pentru pagubele suferite, cat si pentru folosul nerealizat.

## **VII. FORTA MAJORA**

**Art.14** –Forta majora, asa cum este definita prin lege, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise prealabile in termen de 3(trei) zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Forta majora trebuie recunoscuta de cealalta parte contractuala. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

## **VIII. LITIGII**

**Art.15** – Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru este imposibil, orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente din Drobeta Turnu Severin.

## **IX. ALTE CLAUZE**

**Art.16** – Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare de bunuri, in doua exemplare din care un exemplar pentru VANZATOR si un exemplar pentru CUMPARATOR si contine 4 pagini.

Data:

**Vanzator**  
**SC \_\_\_\_\_ SRL**

**Beneficiar**  
**U.A.T JUDEȚUL MEHEDINȚI**  
**Președinte**  
**av. Georgescu Aladin Gigi**

**Secretarul General al Județului,**  
**jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky**

**Direcția Managementul Proiectelor**  
**Director executiv,**  
**prof. ing. Silvia Iuliana Trancă**

**Direcția Economică,**  
**Director executiv,**  
**Ec. Daniela Delia Popescu**

**Direcția Juridică**  
**Director executiv,**  
**jr. Doriană Naziana Ianculescu**

**Biroul Achiziții Publice**

---

**Vizat CFP,**  
**Ec. Doru Argintoianu**